



H & Γ ZEEPHEΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΚΕΝΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 149 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 185 41
Τηλ. (210) 4822728 – 4831891 Fax (210) 4823716 Email: info@zeeris.gr



EN ISO 9001:2008
20 100 52001035

EN ISO 13485:2003
TUV-A-MT-1/08/E062

Υ86/Γ.Π.οικ./1348
01310011

Προς

Πειραιάς 10/04/2014

Επωνυμία : **ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ**
Διεύθυνση : Υψηλάντου 45-47
Πόλη : Αθήνα
Τμήμα : Τεχνική Υπηρεσία
Τηλέφωνο : Φαξ :
Υπ' όψιν : .

Θέμα : Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών **ροόμετρου οξυγόνου με υγραντήρα** για Καρδιοχειρουργική και Νευροχειρουργική.

Κυρίες και κύριοι

Επιθυμώντας να συμβάλουμε στην προσπάθειά σας για την επίτευξη βέλτιστων τεχνικοοικονομικών προμηθειών καταθέτουμε τις παρατηρήσεις μας ως ακολούθως.

Τα επιτοίχια ροόμετρα οξυγόνου με υγραντήρα είναι **ιατροτεχνολογικά** προϊόντα και **όχι ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά**. Οι δε εταιρείες που τα εμπορεύονται και τα διακινούν οφείλουν έχουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με την Υπ. Απόφαση Αρ. **1348 /2004 / 16-01-2004**.

Η απαίτηση α/α 25 των τεχνικών προδιαγραφών για ένταξη της προμηθεύτριας εταιρείας σε σύστημα διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όχι μόνο δεν διασφαλίζει την προμήθεια βέλτιστου προϊόντος αλλά μειώνει δραστικά την ανάπτυξη του ανταγωνισμού εις βάρος του Νοσοκομείου σας αποκλείοντας από την διαδικασία εταιρείες οι οποίες εμπορεύονται ροόμετρα οξυγόνου αλλά όχι ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά είδη.

Ως εκ τούτου προτείνουμε η απαίτηση

“η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι ενταγμένη σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με Ν. 2939 /2001 και το Π.Δ 117 /2004”

να αντικατασταθεί με :

“η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει πιστοποιητικό για την διακίνηση και εμπορία ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σύμφωνα την Υπ. Απόφαση Αρ. 1348 /2004 / 16-01-2004”

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση
Για την H & Γ ZEEPHEΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Γεώργιος Κούρτης
Υπεύθυνος Πωλήσεων