

ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΥΠΟΨΙΝ: ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
email: bioiatriki2002@yahoo.com

22684/ΠΨ/14

Αθήνα, 14 Απριλίου 2014

ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών

Κύριοι,

Θα θέλαμε μέσω του παρόντος εγγράφου να σας υποβάλουμε τις παρατηρήσεις της εταιρίας μας σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ MONITORS», που έχετε δημοσιεύσει προς διαβούλευση στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα:

Στην ενότητα «Πρότυπα συμμόρφωσης» ζητείται:

60601-2-41	NAI
------------	-----

Το αναφερόμενο πρότυπο αφορά στις ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια και την απόδοση χειρουργικών και εξεταστικών προβολέων (*Medical electrical equipment - Part 2-41: Particular requirements for the basic safety and essential performance of surgical luminaires and luminaires for diagnosis*). Το προδιαγραφόμενο σύστημα ανάρτησης monitors δεν περιλαμβάνει κάποιον προβολέα, επομένως προτείνουμε την απαλοιφή του εν λόγω προτύπου από τις τεχνικές προδιαγραφές.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Για τη Santair A.E.

SANTAIR A.E.
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΕΔΡΑ: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 41 • ΔΑΦΝΗ • 172 35
ΤΗΛ: 210-97.14.444 • FAX: 210-97.63.222
ΑΦ.Μ. 094497255 • Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ" ΑΘΗΝΩΝ
• ΑΡ. Μ.Α.Ε. 30127/01/Β/97112/01 •
• ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 00345 •

Παναγιώτης Ψυχάρης
Υπεύθυνος Πωλήσεων