

Προς:

Γ.Ν.Α. 'Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ'

Υπόψη: Κου Β. Α. Γκέργκη

**Philips Τομέας Φροντίδας
Υγείας**

Τζαβέλλα 1-3
152 31 Χαλάνδρι

10/07/2013

**Θέμα: Δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Γ.Ν.Α. 'Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ'.**

Αξιότιμε Κύριε,

Σχετικά με την Δημόσια Διαβούλευση που αφορά στην προμήθεια ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ του νοσοκομείου σας, η εταιρία μας κατόπιν προσεκτικής μελέτης των τεχνικών προδιαγραφών, θα ήθελε να κάνει τις εξής επισημάνσεις ώστε αφενός μεν να καταστεί εφικτή η συμμετοχή της εταιρίας μας και αφετέρου να διασφαλιστεί η απαραίτητη ποιότητα των υπό προμήθεια συστημάτων καθώς και η μεγαλύτερη και ποιο ευρεία συμμετοχή κατασκευαστριών εταιρειών στο διαγωνισμό σας:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ

Σύνθεση Συστήματος παρ. 4:

«Ηχοβόλος κεφαλή Linear, ευρέως φάσματος συχνοτήτων (10-15 MHz τουλάχιστον), κατάλληλη για εξετάσεις μαστού και λίαν επιφανειακών οργάνων.»

Παρατήρηση:

Στην Ενότητα Σύνθεση Συστήματος ζητείται το προσφερόμενο μηχάνημα να εμπεριέχει στη βασική σύνθεση ηχοβόλο κεφαλή Linear εύρους συχνοτήτων 10 έως 15 MHz. Η εταιρεία μας, μολονότι διαθέτει Linear κεφαλή 15 MHz προτείνει και εισηγείται στην επιτροπή σας για τις ζητούμενες εξετάσεις μαστού και λίαν επιφανειακών οργάνων Linear ηχοβόλο κεφαλή εύρους συχνοτήτων 5 έως 12 MHz με σκοπό και το βέλτιστο κλινικό αποτέλεσμα για όλες τις ανατομίες και το εύρος εφαρμογών που ζητείται. Ως εκ τούτου η ζητούμενη

σύνθεση μπορεί να επαναδιατυπωθεί ως εξής : "Ηχοβόλος κεφαλή Linear , ευρέως φάσματος συχνοτήτων (5-12 MHz τουλάχιστον) , κατάλληλη για εξετάσεις μαστού και λίαν επιφανειακών οργάνων . Μεγαλύτερο εύρος θα εκτιμηθεί . "

Ενότητα Μέθοδοι απεικόνισης

«Tissue Harmonic ImagingΝαι (Να λειτουργεί σε όλες τις κεφαλές Convex , Linear , Microconvex & Sector του προσφερόμενου μηχανήματος) .

Παρατήρηση:

Στην Ενότητα μέθοδοι απεικόνισης και στην προδιαγραφή Tissue Harmonic Imaging ζητείται ' Να λειτουργεί σε όλες τις κεφαλές Convex , Linear , Microconvex & Sector του προσφερόμενου μηχανήματος' . Παρακαλούμε όπως επαναδιατυπωθεί η παράγραφος αυτή ως εξής " Να λειτουργεί με όλους τους τύπους των ηχοβόλων κεφαλών Convex , Linear , Microconvex & Sector του προσφερόμενου μηχανήματος. Να αναφερθούν οι κεφαλές στις οποίες διατίθεται προς αξιολόγηση . '

«Ενότητα Λειτουργικά – Τεχνικά Χαρακτηριστικά »

'Να έχει σύγχρονο σχεδιασμό και υψηλή εργονομία (ύπαρξη θερμαντή ζελέ – gel warmer και οθόνη αφής touch panel) .

Παρατήρηση:

Για να καταστεί δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας μας ζητούμε την επαναδιατύπωση της ανωτέρω προδιαγραφής ως εξής : Να έχει σύγχρονο σχεδιασμό και υψηλή εργονομία (θα εκτιμηθεί εάν διατίθενται θερμαντής ζελέ – gel warmer και οθόνη αφής touch panel)

«Ενότητα Μέθοδοι απεικόνισης »


'Τεχνική μελέτης της ελαστικότητας και σκληρότητας των ιστών (Ελαστογραφία) σε εξετάσεις κοιλιάς επιφανειακών και ενδοκοιλοτικών οργάνων Ναι (Να προσφερθεί προς επιλογή)

Παρατήρηση:

Για να καταστεί εφικτή η συμμετοχή της εταιρείας μας ζητούμε την επαναδιατύπωση της ανωτέρω προδιαγραφής ως εξής : "Τεχνική μελέτης της ελαστικότητας και σκληρότητας των ιστών (Ελαστογραφία) σε εξετάσεις κοιλιάς επιφανειακών και ενδοκοιλοτικών οργάνων Ναι (Να προσφερθεί προς επιλογή εάν διατίθεται για να αξιολογηθεί).

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία η διευκρίνιση θελήσετε.

Με τιμή,
Για την ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.


Αλίκη Μεταξά
Sales & Product Manager
Ultrasound

PHILIPS
ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,
ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ