

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2016

Προς : ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Θέμα : ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια της πρόσκλησης σας, σχετικά με την α` φάση διαβούλευσης για την σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για καρδιογράφους , θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, με τις κάτωθι παρατηρήσεις :

Παρατήρηση 1) Στις προδιαγραφές αναφέρεται στο Α. ΓΕΝΙΚΑ “Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλοι για έντονη νοσοκομειακή χρήση. Να συνοδεύονται από όλα τα εξαρτήματα για πλήρη λειτουργία καθώς και από εργονομικό τροχήλατο, σταθερό και ασφαλές στην μετακίνηση, με φρένο, καλάθι και βραχίονα στήριξης καλωδίου”.

Προτεινόμενη αλλαγή: Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλοι για έντονη νοσοκομειακή χρήση. Να συνοδεύονται από όλα τα εξαρτήματα για πλήρη λειτουργία καθώς και από εργονομικό τροχήλατο, σταθερό και ασφαλές στην μετακίνηση, με φρένο, καλάθι ή συρτάρι και βραχίονα στήριξης καλωδίου.

Παρατήρηση 2) Στις προδιαγραφές αναφέρεται στο Δ4. Ταχύτητα Καταγραφής “ Τουλάχιστον τέσσερις και οπωσδήποτε οι 25- 50mm/sec.”

Προτεινόμενη αλλαγή : Τουλάχιστον τρεις και οπωσδήποτε οι 25-50mm/sec

Με εκτίμηση,

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
SIAMOS MEDICAL



ΤΑΣΟΣ ΣΙΑΜΟΣ