

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΥ ΨΥΧΡΟΥ LED ΜΕ ΛΟΥΠΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Φορητό μετωπιαίο ψυχρού LED με λούπες για τις ανάγκες του Ωτορινολαρυγγολογικού Τμήματος. Το μετωπιαίο να είναι εύκολο στη χρήση, σύγχρονο καινούργιας τεχνολογίας με στηρίγματα κεφαλής και να παρέχεται η δυνατότητα χρήσης απλά σαν φωτισμός κεφαλής (χωρίς οπτικό σύστημα).

1	Βάρος.	Να αναφερθεί. Να είναι όσο το δυνατόν ελαφρύτερο ώστε να μην δυσκολεύει τον χρήστη..
2	Διαστάσεις.	Να αναφερθούν.
3	Μεγέθυνση.	Ναι 4.3 x
4	Εστιακή απόσταση.	400mm
5	Εύρος πεδίου.	≈ 70mm
6	Σύστημα φωτισμού LED.	Ναι του ιδίου οίκου και να διαθέτει πηγή φωτισμού μικρών διαστάσεων.
7	Ένταση φωτός LED.	Να αναφερθεί η ένταση (LUX).
8	Διάρκεια ζωής της λυχνίας LED.	Να αναφερθεί.
9	Στήριξη.	Ναι στη ζώνη του χρήστη με ειδικό κλιπ. Θα εκτιμηθεί.
10	Μπαταρίες.	Επαναφορτιζόμενες με σύστημα φόρτισης. Να αναφερθεί η διάρκεια λειτουργίας τους.
11	Προστατευτικά καλύμματα φακών.	Ναι, να αναφερθούν.
12	Αποστειρωμένες λαβές.	Ναι, για τις εναλλαγές των θέσεων τους.
13	Πρισματικό οπτικό σύστημα.	Ναι, τύπου Kepler.
14	Θήκη μεταφοράς.	Ναι, να διατίθεται.
15	Σήμανση CE.	Σύμφωνα με την οδηγία 93/42/EEC
16	Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας α) με πεδίο πιστοποίησης και διακίνησης ιατροτεχνικών προϊόντων β) με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.	α) EN ISO 9001:08 β) EN ISO 1485:03
17	Εγγύηση.	Δυο (2) έτη τουλάχιστον.