

ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Θεσσαλονίκη, 30.10.18

ΘΕΜΑ: Δημόσια Διαβούλευση ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ 140 ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ 10ml ΚΑΙ 90 ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ 5-7ml τουλάχιστον.

Αξιότιμοι κύριοι,

Κατόπιν της από 25/10/2018 ανάρτησής σας που αφορά στην πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ 140 ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ 10ml ΚΑΙ 90 ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ 5-7ml τουλάχιστον, και προκειμένου να είναι ανοιχτή η διαγωνιστική διαδικασία και να επιτραπεί σε όλες τις εταιρείες να συμμετάσχουν χωρίς κίνδυνο αποκλεισμού, προτείνουμε τις παρακάτω αλλαγές στις προδιαγραφές :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – προδιαγραφή 6

Η συγκεκριμένη προδιαγραφή θα πρέπει να διαγραφεί καθώς αναφέρεται σε Εκκίνηση πρόψυξης δειγμάτων ενώ η φυγόκεντρος ΔΕΝ ζητείται να είναι ψυχόμενη


ΚΕΦΑΛΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗΣ

Προτείνουμε να προστεθούν δύο παρατηρήσεις που συντελούν τόσο στην ασφάλεια όσο και στην ευκολία χρήσης:

- Να υπάρχουν διαθέσιμα για μελλοντική προμήθεια καπάκια βιολογικής ασφάλειας πιστοποιημένα από κατάλληλο διεθνή φορέα, τα οποία να μπορούν να αφαιρεθούν ακόμη και με το ένα χέρι για μέγιστη χρηστικότητα
- η κεφαλή να μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς τη χρήση ειδικών εργαλείων με το πάτημα ενός κουμπιού»

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία μπορούμε να σας προσφέρουμε,

Με εκτίμηση,



ANTISEL ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ ΑΕ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ SPECTRA - 570 01 Θέρμη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 231 0322525
ΑΘΗΝΑ: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 116 - 115 27 ΙΛΙΣΙΑ
ΤΗΛ. 7795980
ΦΑΞ 0815697597 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δημήτρης Γκούμας

Προϊστάμενος τμήματος εξυπηρέτησης πελατών