



Ε & Ε Ιατρικά Α.Ε.

Το ΑΙΜΑ νερό δεν γίνεται®

Α.ΡΙΑΝΚΟΥΡ 64
115 23 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ 210 6996191
ΦΑΞ 210 6925903
info@eemed.gr
<http://www.eemed.gr>

ΓΡΑΦΕΙΟ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ & ΒΙΤΣΙ
ΓΩΝΙΑ ΤΚ 54627
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ 2310 440413

Προς,

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΜΙΑΤΡΕΙΟ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 45-47

106 76 – ΑΘΗΝΑ

Βιοιατρική Υπηρεσία

Αθήνα, 05/10/2015

Αγαπητοί κύριοι,

Σε συνέχεια των προδιαγραφών που έχετε αναρτήσει στην ιστοσελίδα σας, σε σχέση με ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ θα θέλαμε να προβούμε στις εξής παρατηρήσεις.

ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στο σημείο 10. Εσωτερικός φωτισμός LED, σημειώνετε ότι επιθυμείτε να ενεργοποιείται/απενεργοποιείται με το άνοιγμα/κλείσιμο της πόρτας.

Εμείς θα θέσουμε υπ' όψη σας ότι τα σύγχρονης τεχνολογίας ψυγεία που συμμορφώνονται και με την ευρωπαϊκή οδηγία 93/42 διαθέτουν διακόπτη για το άνοιγμα/κλείσιμο του εσωτερικού φωτισμού, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να παρακολουθεί το περιεχόμενο χωρίς να χρειάζεται να ανοίξει την πόρτα με άμεσο αποτέλεσμα την μη επιβάρυνση της λειτουργίας του συμπιεστή αλλά και την μικρότερη δυνατή ενεργειακή του κατανάλωση.

Γ' αυτό πιστεύουμε ότι η προδιαγραφή αυτή θα πρέπει να διαθέτει και την εναλλακτική επιλογή του εξωτερικού διακόπτη για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του εσωτερικού φωτισμού.

ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Στο σημείο 14. Εσωτερικός φωτισμός LED, σημειώνετε ότι επιθυμείτε να ενεργοποιείται/απενεργοποιείται με το άνοιγμα/κλείσιμο της πόρτας.

Εμείς θα θέσουμε υπ' όψη σας ότι τα σύγχρονης τεχνολογίας ψυγεία που συμμορφώνονται και με την ευρωπαϊκή οδηγία 93/42 διαθέτουν διακόπτη για το άνοιγμα/κλείσιμο του εσωτερικού φωτισμού, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να παρακολουθεί το περιεχόμενο χωρίς να χρειάζεται να ανοίξει την πόρτα με άμεσο αποτέλεσμα την μη επιβάρυνση της λειτουργίας του συμπιεστή αλλά και την μικρότερη δυνατή ενεργειακή του κατανάλωση.



Ε & Ε Ιατρικά Α.Ε.
Το ΑΙΜΑ νερό δεν γίνεται®

Γι' αυτό πιστεύουμε ότι η προδιαγραφή αυτή θα πρέπει να διαθέτει και την εναλλακτική επιλογή του εξωτερικού διακόπτη για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του εσωτερικού φωτισμού.

Στο σημείο 16. Δ Κρύσταλλο με επίστρωση ειδικού φιλμ ανάκλασης για προστασία από θερμοκρασία και υπεριώδεις ακτίνες.

Εμείς θα θέσουμε υπ' όψη σας ότι τα σύγχρονης τεχνολογίας ψυγεία που συμμορφώνονται και με την ευρωπαϊκή οδηγία 93/42 διαθέτουν συμπιεστή που διατηρεί την επιλεγμένη θερμοκρασία λειτουργίας στο εσωτερικό του ανεξάρτητα από την θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Όσον αφορά την υπεριώδη ακτινοβολία, εάν υπήρχε στο χώρο του ψυγείου, θα έπρεπε και οι χρήστες να εφοδιάζονταν με ειδική στολή προστασίας από αυτήν κατά τη λήψη ή απόθεση βιολογικού υλικού στο ψυγείο. Σε αντίθετη περίπτωση τίθεται ίδια τους η ζωή σε κίνδυνο.

Γι' αυτό πιστεύουμε ότι η προδιαγραφή αυτή θα πρέπει να εκλείψει.

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

Στο σημείο 10. Εσωτερικός φωτισμός LED, σημειώνετε ότι επιθυμείτε να ενεργοποιείται/απενεργοποιείται με το άνοιγμα/κλείσιμο της πόρτας.

Εμείς θα θέσουμε υπ' όψη σας ότι οι σύγχρονης τεχνολογίας καταψύκτες πλάσματος που συμμορφώνονται και με την ευρωπαϊκή οδηγία 93/42 δεν είναι δυνατόν να διαθέτουν φωτισμό, καθώς είναι εφοδιασμένοι με συρτάρια σε όλο το μήκος και πλάτος του εσωτερικού του καταψύκτη με αποτέλεσμα να μην υπάρχει χώρος και τρόπος για να φωτίζεται εσωτερικά, πράγμα που άλλωστε δεν θα ήταν αναγκαίο. Ίσως θα μπορούσε να υφίσταται φωτισμός σε κάθε συρτάρι ξεχωριστά, αλλά οι καταψύκτες πλάσματος όλων των κατασκευαστών παγκοσμίως δεν είναι κάτι που διαθέτουν.

Γι' αυτό πιστεύουμε ότι η προδιαγραφή αυτή θα πρέπει να εκλείψει.

Για οτιδήποτε περαιτέρω θα είμαστε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Ε&Ε ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕ

Ε. & Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ.
ΦΑΡΜΑΚΩΝ & LOGISTICS
Λ. ΠΙΑΝΚΟΥΡ 64 - ΑΜΠ/ΠΟΙ 115 23
ΑΦΜ 094412995 - ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 37059/01/5/993
ΤΗΛ. 210 6999191 - FAX: 210 6925903