



Γ. Σαμαράς Α.Β.Ε.Ε.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

Τ.Θ. 601 78 Τ.Κ. 570 01
ΒΙ.ΠΕ. Θέρμης Θεσσαλονίκης
Τηλ.: + 2310 463 388, 463 531
Fax: + 2310 464 570

Α.Φ.Μ. 094373861

Προς:

Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ,

13 Ιουλίου 2016

Αξιότιμοι Κύριοι,

στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για <<ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΚΟΝΣΟΛΑ ΚΛΙΝΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ>> σας αναφέρουμε παρακάτω τις παρατηρήσεις-προτάσεις μας.

1.Το προϊόν (επιτοίχια κονσόλα κλίνης ασθενών) θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό CE για ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατηγορίας ΙΙα.

2.Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας ISO 9001:2008 και ISO 13485:2003 για σχεδιασμό, παραγωγή, ποιοτικό έλεγχο, τοποθέτηση και συντήρηση-τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

3. Αναφορικά με τον εξοπλισμό της κονσόλας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Υγείας :

α)Η κονσόλα κλίνης ασθενών αιμοκάθαρσης θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- Ένα φωτιστικό άμεσου και ένα έμμεσου φωτισμού 1X18W και 1X58W αντίστοιχα καθώς και διακόπτη του φωτιστικού άμεσου φωτισμού (ο διακόπτης του φωτιστικού έμμεσου φωτισμού θα τοποθετείται στην είσοδο του χώρου)
- 4 ρευματοδότες απο ΔΕΗ-HZ
- 2 λήψεις ισοδυναμικής γείωσης
- 1 λήψη τηλεφώνου και 1 λήψη DATA
- 1 λήψη για το χειριστήριο κλήσης αδελφής
- 1 λήψη οξυγόνου και μία κενού

β)Η κονσόλα κλίνης ασθενών ΜΕΘ ή ΜΑΦ θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- Ένα φωτιστικό άμεσου και ένα έμμεσου φωτισμού 1X18W και 1X58W αντίστοιχα καθώς και διακόπτη του φωτιστικού άμεσου φωτισμού (ο διακόπτης του φωτιστικού έμμεσου φωτισμού θα τοποθετείται στην είσοδο του χώρου)
- 24 ρευματοδότες(12 από ΔΕΗ-HZ και 12 από ΔΕΗ-HZ-UPS)
- 6 λήψεις ισοδυναμικής γείωσης
- 4 λήψεις DATA (οι 2 για Monitor)
- 1 λήψη για το χειριστήριο κλήσης αδελφής
- 4 λήψεις οξυγόνου, 4 λήψεις αέρα και 4 κενού
- Φωτιστικό σώμα με αρθρωτό βραχίονα (για μικροεπεμβάσεις)
- Ράγα αλουμινίου ανάρτησης οργάνων επί της κονσόλας σε όλο το μήκος αυτής



- Ράγα αλουμινίου ανάρτησης οργάνων επίτοιχη και ισομήκης με τη κονσόλα

γ) Η κονσόλα θερμοκοιτίδων θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- 8 ρευματοδότες (4 από ΔΕΗ-HZ και 4 από ΔΕΗ-HZ-UPS)
- 4 λήψεις ισοδυναμικής γείωσης
- 4 λήψεις DATA (οι δύο για Monitor)
- 2 λήψεις οξυγόνου, 2 λήψεις αέρα και 2 κενού
- Ράγα αλουμινίου ανάρτησης οργάνων επί της κονσόλας σε όλο το μήκος αυτής

δ) Η κονσόλα κλίνης ασθενών ανάνηψης θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- 8 ρευματοδότες (4 από ΔΕΗ-HZ και 4 από ΔΕΗ-HZ-UPS)
- 4 λήψεις ισοδυναμικής γείωσης
- 4 λήψεις DATA (οι δύο για Monitor)
- 2 λήψεις οξυγόνου, 2 λήψεις αέρα και 2 κενού
- Ράγα αλουμινίου ανάρτησης οργάνων επί της κονσόλας σε όλο το μήκος αυτής

ε) Η κονσόλα κλίνης ασθενών χώρου ωδινών θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- 4 ρευματοδότες από ΔΕΗ-HZ
- 1 λήψη τηλεφώνου και 1 λήψη DATA
- 1 λήψη για το χειριστήριο κλήσης αδελφής
- 1 λήψη οξυγόνου, 1 λήψη αέρα και 1 κενού
- Ένα φωτιστικό άμεσου και ένα έμμεσου φωτισμού 1X18W και 1X58W αντίστοιχα καθώς και διακόπτη του φωτιστικού άμεσου φωτισμού (ο διακόπτης του φωτιστικού έμμεσου φωτισμού θα τοποθετείται στην είσοδο του χώρου)

στ) Η κονσόλα κλίνης ασθενών χώρου διαλογής θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- 4 ρευματοδότες από ΔΕΗ-HZ
- 2 λήψεις ισοδυναμικής γείωσης
- 2 λήψεις DATA
- 1 λήψη οξυγόνου, 1 λήψη αέρα και 1 κενού
- Ράγα αλουμινίου ανάρτησης οργάνων επί της κονσόλας σε όλο το μήκος αυτής

ζ) Η κονσόλα κλίνης ασθενών χώρου αναζωογόνησης θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- 8 ρευματοδότες (4 από ΔΕΗ-HZ και 4 από ΔΕΗ-HZ-UPS)
- 4 λήψεις ισοδυναμικής γείωσης
- 4 λήψεις DATA (οι δύο για Monitor)
- 2 λήψεις οξυγόνου, 2 λήψεις αέρα, 2 λήψεις κενού, 2 λήψεις N₂O και 2 λήψεις απαγωγής αναισθητικών αερίων



Γ. Σαμαράς Α.Β.Ε.Ε.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

- Ράγα αλουμινίου ανάρτησης οργάνων επί της κονσόλας σε όλο το μήκος αυτής
- Ράγα αλουμινίου ανάρτησης οργάνων επίτοιχη και ισομήκης με τη κονσόλα

Για οποιαδήποτε απορία - διευκρίνιση παραμένουμε στη διάθεσής σας.

Με εκτίμηση,

Για την «Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»

Γ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΒΕΕ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
ΑΦΜ: 094373861 - ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Μ.Α.Ε. 29807/62/Β/93/194
Τ.Θ. 60178 - 57001 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310 463750 - 2310 464570

Αποκατανίδης Ευστάθιος

Τεχ/γος Μηχ/γος Μηχ/κος