


ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΟΝΣΟΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΡΕΥΜΑΤΟΣ

			Προτεινόμενη διατύπωση
	Τρέχουσα Προδιαγραφή		
1	Σήμανση CE	ΝΑΙ	Σήμανση CE με συμμόρφωση ως προς το ISO 11197
Σχόλιο: Προτείνουμε την προσθήκη της εν λόγω δυνατότητας η οποία δεν περιορίζει τον ανταγωνισμό.			
	Να είναι επιτοίχιας τοποθέτησης αποτελούμενη από προφίλ αλουμινίου εποξεικής πολυεστερικής βαφής, με ξεχωριστά διαμερίσματα για άμεσο φωτισμό, μηχανισμούς και ιατρικά αέρια	ΝΑΙ	Να είναι επιτοίχιας τοποθέτησης αποτελούμενη από προφίλ αλουμινίου εποξεικής πολυεστερικής βαφής, με ξεχωριστά διαμερίσματα για άμεσο φωτισμό, μηχανισμούς και ιατρικά αέρια Να διατίθεται σε διάφορα χρώματα ή με επικάλυψη ξύλινης εμφάνισης.
Σχόλιο: Προτείνουμε την προσθήκη της εν λόγω δυνατότητας η οποία δεν περιορίζει τον ανταγωνισμό και επιτρέπει την δυνατότητα τοποθέτησης της κονσόλας σε VIP αίθουσες.			

Για την Draeger Hellas A.E.

Με εκτίμηση



Κουτσουβέλης Σταύρος
Product Manager

DRAEGER HELLAS A.E.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 150, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ
Α.Φ.Μ.: 997799268 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 009131101000
ΤΗΛ. 210 2821809 FAX: 210 2821214



Γιώργος Ανέστης
Διευθυντής Πωλήσεων
Medical Division