

Προς
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
E-mail: bioiatriki2002@yahoo.com

Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ «ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η εταιρεία έχει να επισημάνει τις εξής παρατηρήσεις:

Στα τεχνικά χαρακτηριστικά στην 4^η απαίτησή σας «Αποστειρωμένο», είναι απαραίτητο να αποσαφηνίσετε εάν θέλετε

- Αποστειρωμένο κύκλωμα ή
- Κύκλωμα σε υπερκαθαρή συσκευασία (μη αποστειρωμένο) καθώς η αποστείρωση ή μη καθορίζει σε σημαντικό βαθμό το τελικό κόστος.

Δεν είναι δυνατόν να συγκρίνεται ένα αποστειρωμένο με ένα καθαρό προϊόν καθώς διαφέρουν ουσιωδώς ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, η 3^η «Μήκος» και 5^η «Εσωτερικό τοίχωμα» απαίτηση για το συνδετικό τμήμα Υ, πρέπει να αφαιρεθούν στο σύνολό τους καθώς δεν έχουν σχέση με χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το συνδετικό αλλά ο σωλήνας.

Επίσης, να προστεθεί εάν θέλετε διαφανές ή μη συνδετικό Υ και επίσης εάν θέλετε να έχει ports με καπάκια για θερμομέτρηση κλπ.

Είμαστε στη διάθεσή σας.

Με τιμή,
Για την **MEDI-SUP A.E.**
MEDI-SUP A.E.
ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΕΠΙΠΡΟΣΩΠΕΙΣ ΝΟΣΚΟΥ & ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 19, 153 54 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
ΑΦΜ: 094447320 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 41008/04/Β/98/155/07
ΤΗΛ.: 210 6000661 FAX: 210 6003108
Νικήτας Δημέας
Διευθυντής πωλήσεων