

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Σ.Β. (%)	A/A	ΓΕΝΙΚΑ	
		Κύκλωμα ασθενούς μίας χρήσης κατάλληλο για χρήση σε αναπνευστήρες για τον αερισμό ενήλικων ασθενών αποτελούμενο από : α)δύο σωλήνες ασθενούς β)τμήμα Υ για διάφορα Τμήματα του Νοσοκομείου.	
Σ.Β. (%)	A/A	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
	1.	Σήμανση CE	Σύμφωνα με την οδηγία 93/42/EEC
	2.	Κύκλωμα ασθενούς	Μίας χρήσης
	3.	Χωρίς Latex	Ναι υποαλλεργικό
	4.	Αποστειρωμένο	Να αναφερθεί αναλυτικά (είδος αποστείρωσης και χρονικό διάστημα ασφαλούς χρήσης) ή να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι είναι κατασκευασμένο σε απόλυτα καθαρούς χώρους ώστε να μην απαιτείται η αποστείρωσή του.
Σ.Β. (%)	A/A	ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ	
	1.	Αριθμός σωλήνων	2 τεμάχια
	2.	Διάμετρος	22 mm περίπου
	3.	Μήκος	1,5 m περίπου
	4.	Υλικό κατασκευής	Να αναφερθεί
	5.	Εσωτερικό τοίχωμα	Λείο εσωτερικό τοίχωμα (smoothbore) για διατήρηση σταθερούς ενδοτικότητας και ελαχιστοποίηση των αντιστάσεων εξαιτίας τυρβώδους ροής
	6.	Εξωτερικό τοίχωμα	Με οπλισμό σπирάλ στο κυρίως σώμα για να κρατά τη διάταση της διαμέτρου του σωλήνα σταθερή

	7.	Άκρα	Εύκαμπτα και μαλακά ώστε να διασφαλίζουν την τέλεια εφαρμογή με τις υποδοχές σύνδεσης του αναπνευστήρα και το συνδετικό τμήμα Υ για την αποφυγή διαρροών
	8.	Εύκαμπτο	Ναι και να μην συνθλίβεται εύκολα ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος διακοπής του αερισμού του ασθενούς
Σ.Β. (%)	A/A	Συνδετικό τμήμα Υ	
	1.	Αποσπώμενο	Ναι και από τους δύο σωλήνες ασθενών ώστε να τοποθετηθεί νεφελοποιητής στο εισπνευστικό σκέλος του κυκλώματος
	2.	Διάμετρος	Να αναφερθεί
	3.	Μήκος	Να αναφερθεί
	4.	Υλικό κατασκευής	Να αναφερθεί
	5.	Εσωτερικό τοίχωμα	Λείο εσωτερικό τοίχωμα (smoothbore) για διατήρηση σταθερούς ενδοτικότητας και ελαχιστοποίηση των αντιστάσεων εξαιτίας τυρβώδους ροής
Σ.Β. (%)	A/A	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
	1.	Επιπλέον χαρακτηριστικά	Ναι να αναφερθούν

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΙΑ
ΤΟ ΤΜΗΜΑ