

Teleflex Medical Ελλάς Α.Ε.Ε.

Α. Κηφισίας 230,
152 31 Χαλάνδρι, ΑθήναΤηλ.: 210 6777717
Fax: 210 6777911

www.teleflex.com

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2016

Προς

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός»

Υψηλάντου 45-47, 106 76, Αθήνα

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα Βιοιατρικής Τεχνολογίας

e-mail: bioiatriki2002@yahoo.com

τηλ. επικοινων.: 213-2045988

Θ Ε Μ Α : Πρόταση της εταιρείας Teleflex στη διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΤΥΠΟΥ MILLER ΜΕ ΛΑΜΕΣ Νο3 και Νο4»

Κύριοι,

Σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το είδος ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΤΥΠΟΥ MILLER ΜΕ ΛΑΜΕΣ Νο3 και Νο4 έχουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα.

Στην προδιαγραφή για τις λάμες με Α/Α 5 ΥΛΙΚΟ προτείνουμε να προστεθεί στις υπάρχουσες προδιαγραφές: η λάμα να φέρει επικάλυψη ματ έτσι ώστε να μειώνεται η αντανάκλαση του φωτός κατά τη διασωλήνωση.

Στην προδιαγραφή για τις λάμες με Α/Α 7 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ προτείνουμε να προστεθεί στις υπάρχουσες προδιαγραφές: να υπάρχει η δυνατότητα απόσπασης και αντικατάστασης της της πηγής μεταφοράς φωτός (οπτικής ίνας) έτσι ώστε να είναι οικονομικά αποδοτικές και να αυξάνεται ο χρόνος ζωής της λάμας. Η λάμα να φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας 5 χρόνια και η πηγή μεταφορά φωτός (οπτική ίνα) να εγγύηση καλής λειτουργίας για 1 χρόνο

Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

Με τιμή,

Για την Teleflex Medical Ελλάς Α.Ε.Ε.


TELEFLEX MEDICAL HELLAS A.E.E.
(ΤΕΛΕΦΛΕΞ ΜΕΔΙΚΑΛ ΧΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Α. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 230, ΧΑΛΑΝΔΡΙ 152 31, ΑΘΗΝΑ
ΑΦΕΛΑΥ 0900000000, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ.Μ. 999999999, Α.Δ.Α. 620177
ΤΗΛ: 210 6777717 - 6777911 - FAX: 210 6777911

Γιάννης Αναστασίου

Γενικός Διευθυντής / Μέλος Δ.Σ.