

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

A	ΓΕΝΙΚΑ	
	Ρυθμιστής πίεσης για την σύνδεσή του με φιάλες O ₂ και χρήση με φορητό αναπνευστήρα.	
B	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
1.	Υψηλής ακρίβειας	Ναι
2.	Μικρού βάρους	Ναι, να αναφερθεί
3.	Μικρών διαστάσεων	Ναι, να αναφερθούν
4.	Μεταλλική ανοξείδωτη κατασκευή	Ναι, να αναφερθεί
5.	Σχεδιασμένος κατάλληλος για αντοχή μεγάλες πιέσεις παροχής	Ναι, 200bar/20.000kPa τουλάχιστον
6.	Σύνδεσμος εισόδου	Κατάλληλος για να συνδέονται φιάλες 5/10 λίτρων του Νοσοκομείου
7.	Σύνδεσμος εξόδου (ταχυσύνδεσμος)	Τύπου AFNOR
8.	Πίεση εξόδου για αναπνευστήρα	4 bar/400 kPa περίπου
9.	Υψηλή ονομαστική ροή	150l/min περίπου ώστε να μπορεί να συνδέεται με συσκευές που απαιτούν υψηλές ροές αερίων.
10.	Ένδειξη υπολειπόμενης πίεσης φιάλης	Ναι, με την ύπαρξη μανομέτρου
11.	Ενσωματωμένη βαλβίδα απελευθέρωσης υψηλής ροής	Ναι, για την μέγιστη προστασία των ασθενών και των συσκευών σε περίπτωση υπερπίεσης.
12.	Συμβατό με το πρότυπο ISO EN 10524-1	Ναι