

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

A	ΓΕΝΙΚΑ	
	Ρυθμιστής πίεσης για την σύνδεσή του με φιάλες O ₂ και χρήση με μάσκα O ₂ ή ρινικό καθετήρα.	
B	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
1.	Υψηλής ακρίβειας	Ναι
2.	Μικρού βάρους	Ναι, να αναφερθεί
3.	Μικρών διαστάσεων	Ναι, να αναφερθούν
4.	Μεταλλική ανοξείδωτη κατασκευή	Ναι, να αναφερθεί
5.	Σχεδιασμένος κατάλληλος για αντοχή μεγάλες πιέσεις παροχής	Ναι, 200bar/20.000kPa τουλάχιστον
6.	Σύνδεσμος εισόδου	Κατάλληλος για να συνδέονται φιάλες 5/10 λίτρων του Νοσοκομείου
7.	Σύνδεσμος εξόδου	Ρουξούνι O ₂ για μάσκα ή ρινικό καθετήρα
8.	Υψηλή ονομαστική ροή	0 - 15l/min
9.	Ένδειξη υπολειπόμενης πίεσης φιάλης	Ναι, με την ύπαρξη μανομέτρου
10.	Ενσωματωμένη βαλβίδα απελευθέρωσης υψηλής ροής	Ναι, για την μέγιστη προστασία των ασθενών και των συσκευών σε περίπτωση υπερπίεσης.
11.	Διάταξη μέτρησης ροής	Υψηλής ακρίβειας, να αναφερθεί
12.	Δυνατότητα σύνδεσης με υγραντήρα ή νεφελοποιητή	Ναι
13.	Συμβατό με τα πρότυπα ISO EN 10524-1 και ISO-EN15002	Ναι