

ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Θεσσαλονίκη, 30.10.18

ΘΕΜΑ: Δημόσια Διαβούλευση ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Αξιότιμοι κύριοι,

Κατόπιν της από 25/10/2018 ανάρτησής σας που αφορά στην πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, και προκειμένου να είναι ανοιχτή η διαγωνιστική διαδικασία και να επιτραπεί σε όλες τις εταιρείες να συμμετάσχουν χωρίς κίνδυνο αποκλεισμού, προτείνουμε τις παρακάτω αλλαγές στις προδιαγραφές :

1.1.7 Εύρος οπτικού πεδίου

Να ζητηθεί λιγότερο συγκεκριμένο εύρος π.χ. 22-25mm

1.5.1.1 Μεγέθυνση

Να αλλάξει σε 2x ή 2,5x

1.5.1.2 Μεγέθυνση

Να τροποποιηθεί σε 4x ή 5x

1.7.2. Ανάλυση


Προτείνουμε να τροποποιηθεί σε τουλάχιστον 5Mpixel

1.9.3.4

Να ζητηθεί εύρος κλίσης 20ο-25ο περίπου

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία μπορούμε να σας προσφέρουμε,

Με εκτίμηση,



ΑΝΤΙΣΕΛ - ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ ΑΕ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 12ο χλμ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ SPECTRA - 570 01 Θέρμη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 231 0322525
ΤΗΛ. 231 0321912
ΤΗΛ. 210 7795980

Δημήτρης Γκουμας
Προϊστάμενος τμήματος εξυπηρέτησης πελατών