

Προς | Ευαγγελισμός  
Τμήμα | Βιοϊατρική

Υπ' όψη | Βιοϊατρικής Τεχνολογίας  
Επαφή | τηλ. 2132045988 , email: bioiatriki2002@yahoo.com

Θέμα | Διαβούλευση: 03.04.2019  
Σχετικά | Σύστημα μικροσκοπίου με κάμερα, σύστημα συμπαρατήρηση και σταθμό εργασίας τύπου B

BD20190329-1  
Αριθμός Επιστολής

29/03/2019  
Ημερομηνία

Στ. Πουλιόπουλος  
Υπεύθυνος

Αξιότιμοι κύριοι,

Σας παραθέτουμε τις παρατηρήσεις μας σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για το Σύστημα μικροσκοπίου με κάμερα, συμπαρατήρηση και σταθμό εργασίας τύπου B:

#### 1.4. Φορέας αντικειμενικών φακών

##### 1.4.1. Πέντε (5) θέσεων

Προτείνουμε φορέα έξι (6) θέσεων για επιλογή καλύτερης κλάσης μικροσκοπίου και για να μπορεί να δεχθεί στο μέλλον επιπλέον φακό.

#### 1.9. Σύστημα συμπαρατήρησης

##### 1.9.3. Διοφθάλμια κεφαλή, δύο (2) με ρύθμιση

Η συμπαρατήρηση είναι αντικρουστή δύο (2) παρατηρητών και στο κορμό του μικροσκοπίου έχει ζητηθεί κεφαλή με ρυθμιζόμενη κλίση, οπότε χρειάζεται μία (1) κεφαλή για τον συμπαρατηρητή.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση.

**BioTech Scientifics, P.C.**  
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ι.Κ.Ε.  
Κέντρο Επιστημονικών Οργάνων & Φυσικής Μικροσκοπίας  
Έδρα: Μιασούλη 7, 575 00 Πλαγιάρι Θεσσαλίας, Τηλ.: 2392 066007  
Υπ/μα: Τιμολ. Βάσσου 10, 11521 Αθήνα, Τηλ.: 210 6457066  
Α.Φ.Μ.: 800389511, ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  
Γ.Ε.ΜΗ: 119724504000, ΕΚ: 42.000€  
www.biotech.com.gr, info@biotech.com.gr

Με εκτίμηση,

**Σταύρος Πουλιόπουλος**

Ειδικός Μικροσκοπίας  
Διευθυντής Πωλήσεων  
Κινητό: 6945893513  
Stavros.Pouliopoulos@biotech.com.gr