



Αθήνα, 18/2/2016

Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
“Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”

Υπόψη: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών / Κου Βάζου

e-mail: bioiatriki2002@yahoo.com

Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ»

Αγαπητοί κύριοι,

Σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μικροτόμου παραφίνης, έχουμε να υποβάλλουμε τις κάτωθι παρατηρήσεις, ώστε οι προδιαγραφές να είναι όσο το δυνατό πιο γενικές (χωρίς βέβαια να αφαιρούν ποιοτικά χαρακτηριστικά από τον εξοπλισμό), να μη “φωτογραφίζουν” συγκεκριμένα μοντέλα εταιρειών και να επιτρέπουν την ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος του Νοσοκομείου σας:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΡΟΔ/ΦΗ 7: Ρύθμιση ταχύτητας κοπής

Να ζητηθεί με τη γενικότερη διατύπωση ως “**Να διαθέτει ρυθμιζόμενη ταχύτητα κοπής. Να αναφερθούν αναλυτικά οι διαφορετικές ταχύτητες κοπής ή το εύρος ρύθμισης της ταχύτητας κοπής που διαθέτει (mm/sec).**”, ώστε να μην αποκλείονται εταιρείες που δεν έχουν συγκεκριμένες διακριτές ταχύτητες κοπής (π.χ. μικρές, μεσαίες, μεγάλες) αλλά διαθέτουν ένα ολόκληρο εύρος φάσματος ρύθμισης της ταχύτητας κοπής σε μια συνεχή κλίμακα με μεγάλο αριθμό θέσεων ίδιου βήματος.

ΠΡΟΔ/ΦΗ 10: Ρύθμιση πάχους κουρέματος (trimming)

Να ζητηθεί εύρος ρύθμισης του πάχους κουρέματος “**5μm – 500μm περίπου**” αντί του “5μm – 600μm περίπου”, ώστε να μην αποκλείονται εταιρείες. Εξάλλου, το εύρος αυτό είναι πολύ μεγάλο και δεν προσφέρει κάτι επιπλέον καθώς στην πράξη δεν χρησιμοποιείται trimming σε τόσο υψηλές τιμές.



ΠΡΟΔ/ΦΗ 14: Υποδοχέας δείγματος

Να ζητηθούν μόνο οι δύο διαστάσεις του υποδοχέα, που παίζουν ρόλο στην υποδοχή των κασετών, δηλ. **“50x50mm τουλάχιστον”** και όχι **“50x50x40mm τουλάχιστον”**, καθώς το βάθος (ύψος) του υποδοχέα δεν επηρεάζει σε τίποτε και δεν αναφέρεται στα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστικών οίκων.

ΠΡΟΔ/ΦΗ 15: Φορέας δείγματος

Σε ότι αφορά την επιλογή ταχυτήτων προώθησης και υποχώρησης του δείγματος να ζητηθεί ως **“... με δυνατότητα επιλογής διαφορετικών ταχυτήτων.”** και όχι **“... με δυνατότητα επιλογής δύο ταχυτήτων τουλάχιστον”**, ώστε να μην αποκλείονται εταιρείες που δεν έχουν συγκεκριμένες διακριτές ταχύτητες προώθησης / υποχώρησης του δείγματος, αλλά διαθέτουν ένα εύρος φάσματος ρύθμισης της ταχύτητας προώθησης / υποχώρησης του δείγματος σε μια συνεχή κλίμακα από την ελάχιστη στη μέγιστη ταχύτητα μέσω περιστροφικού επιλογέα για την προώθηση / υποχώρηση.

ΠΡΟΔ/ΦΗ 16: Οπισθοχώρηση του δείγματος (retraction)

Να ζητηθεί ως **“Ναι κατά τη διαδικασία λήψης τομών του δείγματος. Να αναφερθεί το μήκος της διαδρομής οπισθοχώρησης (mm) ή εναλλακτικά η δυνατότητα ρύθμισης της διαδρομής οπισθοχώρησης καθώς και το εύρος και οι βηματισμοί της οπισθοχώρησης του δείγματος. Επίσης να μπορεί να απενεργοποιηθεί.”**, ώστε να μην αποκλείονται εταιρίες που έχουν standard μήκος της διαδρομής οπισθοχώρησης χωρίς τη δυνατότητα ρύθμισης εντός ενός εύρους τιμών.

ΠΡΟΔ/ΦΗ 19: Παράθυρο φωτός

Να ζητηθεί ως **“Ναι, να διαθέτει σύστημα φωτισμού για την επιθεώρηση της λαμβανόμενης τομής”**. Να απαλειφθεί ο όρος **“Τεχνολογίας LED...”**, ώστε να μην αποκλείονται εταιρίες που διαθέτουν μεν σύστημα φωτισμού, το οποίο όμως μπορεί να μην είναι τύπου LED.

Με εκτίμηση για την,
Α. ΔΕΡΒΟΣ – Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Τσουλούφης Θεόδωρος Ph.D.
Υπεύθυνος Πωλήσεων Παθολογικής Ανατομικής