



Αθήνα, 13/4/2016

Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
“Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”

Υπόψη: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών / Κου Βάζου

e-mail: bioiatriki2002@yahoo.com

Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ»

Αγαπητοί κύριοι,

Σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μικροτόμου παραφίνης, έχουμε να υποβάλλουμε τις κάτωθι παρατηρήσεις, ώστε οι προδιαγραφές να είναι όσο το δυνατό πιο γενικές (χωρίς βέβαια να αφαιρούν ποιοτικά χαρακτηριστικά από τον εξοπλισμό), να μη “φωτογραφίζουν” συγκεκριμένα μοντέλα εταιρειών και να επιτρέπουν την ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος του Νοσοκομείου σας:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΡΟΔ/ΦΗ 10: Ρύθμιση πάχους κουρέματος (trimming)

Να ζητηθεί εύρος ρύθμισης του πάχους κουρέματος “**5μm – 100μm τουλάχιστον**” αντί του “5μm – 300μm τουλάχιστον”, ώστε να μην αποκλείονται εταιρείες. Εξάλλου, το εύρος αυτό είναι πολύ μεγάλο και δεν προσφέρει κάτι επιπλέον καθώς στην πράξη δεν χρησιμοποιείται trimming σε τόσο υψηλές τιμές.

ΠΡΟΔ/ΦΗ 13: Προσανατολισμός δείγματος

Να ζητηθεί προσανατολισμός στα οριζόντια και στα κατακόρυφα “**5° περίπου**” αντί του “8° περίπου”, ώστε να μην αποκλείονται εταιρείες. Οι 5° δυνατότητα προσανατολισμού στους άξονες x, y είναι επαρκείς για τον προσανατολισμό του δείγματος.

ΠΡΟΔ/ΦΗ 14: Υποδοχέας δείγματος

Να ζητηθεί “**να διαθέτει υποδοχέα standard κασετών και υποδοχέα μεγάλων κασετών**” χωρίς τις διαστάσεις “50x50mm τουλάχιστον”, ώστε να μην αποκλείονται εταιρείες, καθώς οι διαστάσεις μπορεί να μην αναφέρονται στα τεχνικά φυλλάδια των



κατασκευαστικών οίκων. Αν διατίθενται οι παραπάνω δύο υποδοχείς δειγμάτων για standard και mega κασέτες μαζί με το μικροτόμο το εργαστήριο είναι καλυμμένο για τις εργασίες του.

Με εκτίμηση για την,
Α. ΔΕΡΒΟΣ – Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Τσουλούφης Θεόδωρος Ph.D.
Υπεύθυνος Πωλήσεων Παθολογικής Ανατομικής