

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ/ΜΙΚΤΗ ΤΥΠΟΥ VORTEX**

Σ.Β.	A/A				
(%)	Α.ΓΕΝΙΚΑ				
		Αναδευτήρας/μίκτης τύπου Vortex, επιτραπέζιος σταθερός για χρήση από διάφορα Τμήματα του Νοσοκομείου που να αποτελείται από : α. Κυρίως συσκευή β. Κεφαλή (επιφάνεια ανάδευσης) με υποδοχή ενός φιαλιδίου γ. Επίπεδη κεφαλή (επιφάνεια ανάδευσης)			
(%)	Β.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
	1.	Σύγχρονης τεχνολογίας	ΝΑΙ. Να αναφερθεί η χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας		
	2.	Σήμανση CE	Σύμφωνα με την οδηγία 93/42/EEC		
	3.	Επιτραπέζιο	Ναι		
	4.	Ανθεκτική κατασκευή	Ναι		
	5.	Διαστάσεις ΠxΜxΥ (cm)	Να αναφερθούν		
	6.	Βάρος (kg)	Να αναφερθεί <3,5Kgr		
	7.	Τροφοδοσία	230V 50Hz		
	8.	Κεφαλή (επιφάνεια ανάδευσης)	Ναι με κατάλληλη υποδοχή για την χειροκίνητη πίεση (επαφή) ενός φιαλιδίου χωρητικότητας 1,5ml – 50ml. Να αναφερθούν οι διαστάσεις της κεφαλής		
	9.	Τρόποι λειτουργίας ανάδευσης (mode)	Να επιλέγονται μέσω διακόπτη :		
			α.	Κλειστό (off)	Ναι
			β.	Συνεχής (on)	Ναι
			γ.	Επαφής (touch)	Με την πίεση του φιαλιδίου πάνω στη υποδοχή της κεφαλής
	10.	Εύρος ρύθμισης ταχύτητας ανάδευσης	300 – 3.000rpm περίπου		
	11.	Ρύθμιση χρόνου ταλαντώσεων	Αν διατίθεται, να προσφερθεί και να αναφερθούν το εύρος και οι βηματισμοί		

	12.	Μέγιστο βάρος δείγματος	200ml τουλάχιστον
	13.	Αντάπτορες/πλατφόρμες με υποδοχείς συγκράτησης φιαλιδίων	Να προσφερθούν όλοι οι αντάπτορες/πλατφόρμες προς επιλογή. Να είναι από μαλακό υλικό για καλή εφαρμογή και συγκράτηση των φιαλιδίων. Να αναφερθεί
	14.	Σταθερότητα	Ναι, να περιγραφεί αναλυτικά ώστε να εξαλείφεται το φαινόμενο του ερπυσμού κατά τη χρήση
	15.	Επίδειξη	Ναι αν ζητηθεί από την επιτροπή