

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ MONITOR ΜΕΘ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ (ECG)-ΑΝΑΠΝΟΗΣ (Resp)

Στην προδιαγραφή 13 ζητείται:

13. Λήψη φαινομένου Μέσω 6πολικού με δυνατότητα προσθαιρούμενων ακροδεκτών, για την παρακολούθηση δώδεκα (12) απαγωγών, μέσω ειδικού λογισμικού. Να γίνει σχετική αναφορά. Να συνοδεύεται και από 10πολικό καλώδιο για λήψη πλήρους διαγνωστικού ηλεκτροκαρδιογραφήματος

Η απαίτηση της προδιαγραφής << Μέσω 6πολικού με δυνατότητα προσθαιρούμενων ακροδεκτών, για την παρακολούθηση δώδεκα (12) απαγωγών, μέσω ειδικού λογισμικού. Να γίνει σχετική αναφορά. Να συνοδεύεται και από 10πολικό καλώδιο για λήψη πλήρους διαγνωστικού ηλεκτροκαρδιογραφήματος.>>, είναι προνόμιο ορισμένων κατασκευαστών όπως GE – PHILIPS – NIHON KOHDEN και αποκλείει άλλους κατασκευαστές οι οποίοι έχουν την δυνατότητα τα μόνιτορ να δεχθούν 6πολικό καλώδιο αλλά με την δυνατότητα απεικόνισης 8 απαγωγών ταυτόχρονα.

Εφόσον το Νοσοκομείο σας επιθυμεί να έχει την συγκεκριμένη δυνατότητα, προτείνουμε την ακόλουθη αλλαγή:

13. Λήψη φαινομένου Μέσω 5πολικού καλωδίου με δυνατότητα προσθαιρούμενων ακροδεκτών. Η δυνατότητα να δέχεται και 6πολικό καλώδιο για την παρακολούθηση δώδεκα (12) απαγωγών, μέσω ειδικού λογισμικού είναι επιθυμητή και θα αξιολογηθεί. Να γίνει σχετική αναφορά. Να συνοδεύεται και από 10πολικό καλώδιο.

Στην παράγραφο << ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ (SpO2) (τύπου masimo) >>, ζητείται η βαθμίδα να είναι τύπου MASIMO.

Η συγκεκριμένη απαίτηση είναι προνόμιο ορισμένων κατασκευαστών όπως π.χ. GE οι οποίες έχουν κάνει ειδική συμφωνία με την εταιρεία MASIMO για αποκλειστική χρήση και δεν επιτρέπουν και σε άλλους κατασκευαστές να έχουν την δυνατότητα αυτή.

Η δυνατότητα να έχουμε παρακολούθηση της παλμικής οξυμετρίας και μέσω τεχνολογίας NELCOR δεν έχει καμία διαφορά από αυτή της τεχνολογίας MASIMO.

Στην συγκεκριμένη προδιαγραφή προτείνουμε την ακόλουθη αλλαγή:

ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΟΥΜΕΤΡΙΑΣ (SpO2) (τύπου MASIMO ή NELCOR)