

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ/ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ

| A/A | ΓΕΝΙΚΑ                                                                                                                                                                                    |                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|     | Πιεσόμετρο αναλογικού τύπου με σταθερή επιτραπέζια βάση και σύστημα μεταφοράς για χρήση από διάφορα Τμήματα του Νοσοκομείου. Να μην απαιτείται ηλεκτρική ενέργεια για την λειτουργία του. |                                                    |
| A/A | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                                                                                                                                                                    |                                                    |
| 1.  | Σύγχρονης τεχνολογίας                                                                                                                                                                     | Ναι. Να αναφερθεί η χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας  |
| 2.  | Σήμανση CE                                                                                                                                                                                | Σύμφωνα με την οδηγία 93/42/EEC                    |
| 3.  | Διαστάσεις (mm) και βάρος (kg)                                                                                                                                                            | Να αναφερθούν                                      |
| 4.  | Ανθεκτικής κατασκευής                                                                                                                                                                     | Ναι                                                |
| 5.  | Χωρίς υδράργυρο και latex                                                                                                                                                                 | Ναι                                                |
| 6.  | Πιστοποιημένη ακρίβεια                                                                                                                                                                    | Να δοθεί ( $\pm 3\text{mmHg}$ περίπου)             |
| 7.  | Διαστάσεις πρόσοψης (σε mm)                                                                                                                                                               | Να αναφερθεί                                       |
| 8.  | Βαθμονομημένο για μέγιστη ακρίβεια                                                                                                                                                        | Ναι, να περιγραφεί ο τρόπος                        |
| 9.  | Σταθερή βάση                                                                                                                                                                              | Ναι                                                |
| 10. | Χώρος τοποθέτησης / συγκράτησης περιχειρίδας                                                                                                                                              | Ναι                                                |
| 11. | Να συνοδεύεται από δύο περιχειρίδες                                                                                                                                                       | Μία κανονικού μεγέθους και μία μεγέθους παχυσάρκων |

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ