

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΙΠΕΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
1	Σήμανση CE IVD πιστοποίηση	Σύμφωνα με την οδηγία 93/42/EEC directive 98/79/EC
2	Υψηλή ποιότητα κατασκευής	Να αναφερθεί το υλικό κατασκευής, έτσι ώστε να μην επηρεάζεται το δείγμα από τη θερμοκρασία.
3	Εργονομικός σχεδιασμός	Ναι, ώστε να μειώνεται σημαντικά η δύναμη που ασκεί ο χρήστης
4	Αδιάβροχη	ΝΑΙ, να κατατεθεί η πιστοποίηση (IPx)
5	Διαστάσεις	Να αναφερθούν (mm)
6	Βάρος	Να αναφερθεί (gr)
7	Να είναι πλήρως αποστειρώσιμη	Ναι, να αναφερθεί η διαδικασία
8	Ακρίβεια %	Να αναφερθεί ανάλογα με τον ζητούμενο όγκο
9	Επαναληψιμότητα %	Να αναφερθεί ανάλογα με τον ζητούμενο όγκο
10	Εύρος όγκου λήψης (μl)	Όπως αυτό αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού
11	Εύρος λήψης Βήμα ρύθμισης (για όσα είδη αναφέρονται στην προκήρυξη).	Βήμα ρύθμισης 1-10 μl

17	Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας : α) με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων β) με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.	α) EN ISO 9001:08 β) EN ISO 13485:03
18	Εγγύηση καλής λειτουργίας	Δύο έτη