

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΙΠΕΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
(Αιματολογικής-Λεμφωμάτων)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
1	Σήμανση CE IVD πιστοποίηση	Σύμφωνα με την οδηγία 93/42/EEC directive 98/79/EC	
2	Υψηλή ποιότητα κατασκευής	Να αναφερθεί το υλικό κατασκευής, έτσι ώστε να μην επηρεάζεται το δείγμα από τη θερμοκρασία.	
3	Εργονομικός σχεδιασμός	Ναι, ώστε να μειώνεται σημαντικά η δύναμη που ασκεί ο χρήστης	
4	Αδιάβροχη	ΝΑΙ, να κατατεθεί η πιστοποίηση (IPx)	
5	Διαστάσεις	Να αναφερθούν (mm)	
6	Βάρος	Να αναφερθεί (gr)	
7	Να είναι πλήρως αποστειρώσιμη	Ναι, να αναφερθεί η διαδικασία	
8	Ακρίβεια %	Να αναφερθεί ανάλογα με τον ζητούμενο όγκο	
9	Επαναληψιμότητα %	Να αναφερθεί ανάλογα με τον ζητούμενο όγκο	
10	Εύρος όγκου λήψης (μl)	2-20, 20-200	
11	Βήμα ρύθμισης	Εύρος λήψης 2-20 μl 3-200μl	Βήμα ρύθμισης 0,1 μl ή μικρότερο 0,2 μl ή μικρότερο
12	Ένδειξη όγκου λήψης-συγκράτησης	Η ένδειξη όγκου λήψης-συγκράτησης να εμφανίζεται με ευδιάκριτους χαρακτήρες	
13	Μηχανισμός λήψης-συγκράτησης	Να διαθέτει κομβίο για τη λήψη-συγκράτηση όγκου με μεγάλη ακρίβεια και σταθερότητα, να περιγραφεί αναλυτικά	
14	Μηχανισμός ρύθμισης του όγκου	Ναι, με κυλιόμενα ψηφία	
15	Μηχανισμός απόρριψης του ρύγχους	Ναι, αυτόματα μέσω ξεχωριστού κομβίου	
16	Να μπορεί να δεχθεί διάφορα ρύγχη	Ναι, όχι αποκλειστικής χρήσης	
17	Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας : α) με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων β) με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη	α) EN ISO 9001:08 β) EN ISO 13485:03	

	ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.	
18	Εγγύηση καλής λειτουργίας	Δύο έτη