

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ

Σ.Β (%)	A/A	ΓΕΝΙΚΑ				
		Τροχήλατη ψηφιακή συσκευή παρακολούθησης Αναίμακτης πίεσης(συστολική-διαστολική και μέση πίεση) με ταλαντωσυμετρική μέθοδο, του καρδιακού ρυθμού ενηλίκων, καθώς επίσης και του κορεσμού αρτηριακού αίματος σε οξυγόνο(SpO_2) και ειδικό σύστημα που δεν επηρεάζεται από την κίνηση του ασθενούς. Να συμπεριλαμβάνει: • Περιχειρίδα πολλαπλών χρήσεων για ενηλίκους • Περιχειρίδα πολλαπλών χρήσεων για παχύσαρκους • Σωλήνα σύνδεσης περιχειρίδας με τη συσκευή • Αισθητήρα δακτύλου ενηλίκων • Καλώδιο σύνδεσης αισθητήρα δακτύλου με τη συσκευή • Σύστημα για την τοποθέτηση των περιχειρίδων και του αισθητήρα δακτύλου • Τροχήλατη βάση του ιδίου κατασκευαστικού οίκου				
Σ.Β (%)	A/A	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
	1.	Σύγχρονης τεχνολογίας			Ναι. Να αναφερθεί η χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας	
	2.	Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) (mm)			Να αναφερθούν	
	3.	Βάρος (kgr)			<3 kgr, να αναφερθεί	
	4.	Ρεύμα λειτουργίας			200V/50Hz	
	5.	Ενσωματωμένη μπαταρία			Ναι, με αυτονομία τουλάχιστον τριών (3) ωρών, με εύκολη αντικατάστασή. Με ενδείξεις κατάστασης του συσσωρευτή (χαμηλή στάθμη) και φόρτισης. Να δοθούν τα στοιχεία της μπαταρίας	
	6.	Ανθεκτικής κατασκευής			Ναι, να αναφερθεί ο τύπος του υλικού και οι τρόποι καθαρισμού και απολύμανσης του	
	7.	Εύρος	A)	Συστολικής πίεσης	40-250 mmHg περίπου	Να αναφερθεί η ακρίβεια
			B)	Διαστολικής	10-200	Να αναφερθεί η

				πίεσης	mmHg περίπου	ακρίβεια
			Γ)	Καρδιακού ρυθμού	40-200bpm περίπου	Να αναφερθεί
	8.	Οθόνη			Ναι, να αναφερθεί	
	9.	Ενδείξεις	Να διαθέτει τουλάχιστον τις παρακάτω:			
			A)	Συστολικής πίεσης	Ναι, να είναι μεγάλες, φωτιζόμενες και ευδιάκριτες τόσο από απόσταση όσο και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού	
			B)	Διαστολικής πίεσης		
			Γ)	Μέση πίεση		
			Δ)	Καρδιακού ρυθμού		
			Ε)	Οξυμετρίας		
	10.	Οπτικοακουστική διάταξη συναγερμού (Alarm), για όλα τα φαινόμενα και τις παραμέτρους του			Ναι, να περιγραφεί αναλυτικά	
	11.	Κατ' επιλογή χειροκίνητη και αυτόματη εκκίνηση της μέτρησης σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα			Ναι, να αναφθούν	
	12.	Κατάλληλος χώρος τοποθέτησης/συγκράτησης περιχειρίδας και παρελκόμενων			Ναι, σε στατό του ιδίου οίκου κατασκευής	
	13.	Τροχήλατη βάση			Ναι, ανοξείδωτη, ακτινωτή με τουλάχιστον πέντε (5) τροχούς ελεύθερης κίνησης και φρένο σε τουλάχιστον δύο (2) τροχούς.	
	14.	Μνήμη αποθήκευσης για όλες τις παρακολουθούμενες παραμέτρους			Ναι, να αναφερθεί ο αριθμός μετρήσεων που αποθηκεύονται	
	15.	Έξοδο σύνδεσης με Η/Υ			Ναι, να αναφερθεί	