

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Α ΓΕΝΙΚΑ				
	Ιατρικό κάθετο ψυγείο ασφαλείας, ορθογώνιου τύπου κατάλληλο για φύλαξη φαρμάκων για χρήση στο Οφθαλμολογικό Εξωτερικό Ιατρείο Να περιλαμβάνει: - Κλειδαριά ασφαλείας - καταγραφικό θερμοκρασίας			
Β ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
1.	Τελευταίας τεχνολογίας			Ναι, να αναφερθεί η ημερομηνία κατασκευής του συστήματος και η χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας.
2.	Ρεύμα λειτουργίας			220V, 50Hz
3.	Βάρος (kgr)			Να αναφερθεί
4.	Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) (cm)	α.	εξωτερικό μέρος	≤70X100X115 (διαστάσεις χώρου). Να αναφερθούν
		β.	εσωτερικό μέρος	Να αναφερθούν
5.	Υλικό κατασκευής	α.	εξωτερικό μέρος	Να αναφερθεί
		β.	εσωτερικό μέρος	Να αναφερθεί
6.	Οθόνη			Ναι, να αναφερθεί
7.	Ένδειξη θερμοκρασίας			Ναι
8.	Ωφέλιμη χωρητικότητα (lt)			≥150lt, να αναφερθεί
9.	Έλεγχος της θερμοκρασίας			Ναι, να περιγραφεί
10.	Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας			±2°C έως +14°C περίπου
11.	Ρύθμιση θερμοκρασίας			Ναι, σε βήματα ≤1°C
12.	Μέθοδος ψύξης			Να αναφερθεί
13.	Εσωτερικό κυκλοφορητή θερμοκρασίας			Ναι, αθόρυβο, με αυτόματη ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας και διακοπή της λειτουργίας του με το άνοιγμα της πόρτας.
14.	Εσωτερικός φωτισμός			Ναι, να ενεργοποιείται/απενεργοποιείται σε συνδυασμό με το άνοιγμα/κλείσιμο της πόρτας αντίστοιχα
15.	Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας			Ναι, να αναφερθούν
16.	Πόρτα/ες με	α.	Κλειδαριά ασφαλείας	Ναι για προστασία των φαρμάκων από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες
		β.	Θερμομονωτικό κρύσταλλο, τουλάχιστον διπλό	Ναι, να αναφερθεί
		γ.	Κρύσταλλο με αντιθαμβωτικό σύστημα	Ναι

		δ.	Κρύσταλλο με επίστρωση ειδικού φιλμ ανάκλασης	Ναι, για να εμποδίζει τις υπεριώδεις ακτίνες να προκαλέσουν βλάβη στα φάρμακα και για την ανάκλαση της θερμοκρασίας.		
17.	Δύο (2) ράφια τουλάχιστον			Ναι, συρταρωτά, να αναφερθεί		
18.	Υλικό κατασκευής ραφιών			Να αναφερθεί		
19.	Όρια ασφαλείας θερμοκρασίας (άνω και κάτω ορίων)			Ναι, με επιλογή από τον χρήστη		
20.	Συναγερμοί			Να διαθέτει το λιγότερο τους παρακάτω:		
				α.	Ανοικτή πόρτα	Ναι, με οπτικό-ακουστική ένδειξη. Να περιγραφούν
				β.	Υψηλές θερμοκρασίες	
				γ.	Χαμηλές θερμοκρασίες	
21.	Επίπεδο θορύβου			≤50 db. Να αναφερθεί		
22.	Πάχος μόνωσης (σε mm)			Να αναφερθεί		
23.	Το ψυκτικό μέσο να είναι CFC-free			Ναι		
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ						
1	Σύστημα αυτόματης απόψυξης			Ναι, να περιγραφεί		
2	Ασύρματη παρακολούθηση του ψυγείου			Ναι, να αναφερθεί		