

Προς το

Γ.Ν. Α. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ
Τμήμα Βιοϊατρικής
Υψηλάντου 45-47
Τ.Κ. 106 76 Αθήνα

Αθήνα, 04/10/2018

ΘΕΜΑ: ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΡΙΝΟ-ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΤΥΠΟΥ Β

Αξιότιμοι Κύριοι,

Ανταποκρινόμενοι στην δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ευκάμπτου εξεταστικό ρινο-λαρυγγοσκοπίου, έχουμε να παρατηρήσουμε τα παρακάτω.

Προδιαγραφή 1.1.1.9 «Ολικό μήκος. $\geq 550\text{mm}$ έως $\leq 590\text{mm}$ »

Η συγκεκριμένη προδιαγραφή αποκλείει την εταιρείας μας, που αντιπροσωπεύει τον παγκοσμίως αναγνωρισμένο Ιαπωνικό οίκο HOYA CORPORATION – PENTAX. Το μοντέλο που προτιθέμεθα να σας προσφέρουμε διαθέτει ολικό μήκος 530mm.

Επίσης η προδιαγραφή αυτή δεν έχει καμία ουσία για την ενδοσκοπική πράξη, καθώς το μήκος εργασίας είναι αυτό που έχει σημασία. Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής : «Ολικό μήκος. $\geq 530\text{mm}$ έως $\leq 590\text{mm}$ »

Προδιαγραφή 2.2. «Δυνατότητα σύνδεσης με αυτοφερόμενη πηγή φωτισμού. Αν διατίθεται η δυνατότητα να αναφερθεί»

Η ως άνω προδιαγραφή ενώ δεσμεύει τις εταιρείες που διαθέτουν αυτή τη δυνατότητα, δεν δεσμεύει καθόλου τις εταιρείες που δεν διαθέτουν αυτή τη δυνατότητα όσον αφορά στο θέμα κόστους του ενδοσκοπίου. Δηλαδή οι εταιρείες που διαθέτουν αυτοφερόμενη πηγή πρέπει να υπολογίσουν στο κόστος τους και την φορητή πηγή μειονεκτώντας έτσι στο ζήτημα της τιμής σε σχέση με τις εταιρείες όπου δεν θα χρειαστεί να το υπολογίσουν. Συνεπώς ή θα πρέπει να ζητείται σαφώς αυτή η δυνατότητα και όχι προαιρετικά , ειδάλλως προτείνουμε την διαγραφή της.

Με εκτίμηση,

Ανδρέας Δημακόπουλος
Product Manager
Ενδοσκοπικό Τμήμα

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΔΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΑΘΗΝΑ
ΠΛ. ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 4, 546 21 ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 93, 154 51
ΤΗΛ. 2310-233251 - FAX: 2310-265731 Ν. ΨΥΧΙΚΟ ΤΗΛ. 210-6790000
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Φ.Μ. 095029193
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 057188904000 - ΑΜΠ 915
e-mail: info@papapostolou.gr