

ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 74 – 76 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ
151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
Tel.: +30 210 55 82 700
Fax +30 210 67 20 444

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
“Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”**

Υψηλάντου 45
106 76 Αθήνα

E443/ΜΔ

Μαρούσι, 02 Σεπτεμβρίου 2016

**ΘΕΜΑ: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΔΙΠΛΟ ΜΕ
ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ**

Κύριοι,

στα πλαίσια της καλής και μακρόχρονης συνεργασίας μας, θα θέλαμε να σας υποβάλλουμε την ακόλουθη πρόταση -παρατήρηση στις αναρτημένες προς διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές ροομέτρου οξυγόνου με υγραντήρα (για 20 τεμάχια).

Συγκεκριμένα, στο σημείο 10 του πίνακα των τεχνικών προδιαγραφών, αναφέρεται ο ορός: *Θέσεων, Δύο (2) εξαιρείται η θέση off*. Η συγκεκριμένη διατύπωση είναι ελλιπής και μπορεί να οδηγήσει τους προμηθευτές σε αποστολή διαφορετικών προσφορών, μια και μπορεί να μην ερμηνευθεί επαρκώς

Η σωστή διατύπωση της απαιτούμενης αυτής προδιαγραφής είναι: **Με επιλογή ροής δύο θέσεων (εξαιρείται η θέση off), για τροφοδοσία μέσω υγραντήρα ή ξηρού οξυγόνου.**

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συνεργασία και μένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε λεπτομέρεια ή διευκρίνιση

Με εκτίμηση



Μανώλης Δασκαλάκης

Υπεύθυνος Τεχνικών Πωλήσεων
Κλάδος Υγείας