

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΤΕΡΝΟΤΟΜΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**

A	ΓΕΝΙΚΑ	
	Καινούριος και αμεταχείριστος στερνοτόμος μπαταρίας, υψηλής ποιότητας κατασκευής κατάλληλος για καρδιοθωρακική χρήση. Συνοδευόμενος με τον κατάλληλο φορτιστή μπαταριών, τέσσερις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, δυο (2) πριονάκια και προστατευτικό μαλακών μορίων.	
B	ΣΤΕΡΝΟΤΟΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	
1	Εργονομικός σχεδιαμός	Ναι (πιστολοειδούς σχήματος)
2	Υψηλής ποιότητας κατασκευής	Τιτάνιο ή άλλο υλικό αντίστοιχης αντοχής
3	Βάρος (kg)	<1,8 kg περίπου
4	Διαστάσεις (mm)	Να αναφερθούν (Μ×Π×Υ)
5	Έτος πρώτης κυκλοφορίας	Να αναφερθεί
6	Ισχύς κινητήρα (Watt)	> 200 Watt
7	Συχνότητα ταλάντωσης	0-14.000 / λεπτό περίπου
8	Έλεγχος της ταχύτητας	Μέσω εύχρηστης σκανδάλης
9	Μέγιστη ταχύτητα, rpm	1400 rpm περίπου
10	Σύστημα προστασίας από ακούσια λειτουργία του στερνοτόμου	ΝΑΙ
11	Δυνατές θέσεις της κεφαλής υποδοχής της λάμας	Να αναφερθούν
12	Διευκόλυνση προσέγγισης του στέρνου	ΝΑΙ Να περιγραφεί
13	Λειτουργία με επαναφορτιζόμενη μπαταρία μη αποστειρώσιμη	ΝΑΙ
14	Δυνατοί τρόποι αποστείρωσης χειρολαβής	Να αναφερθούν (ατμού)
Γ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	
1	Επαναφορτιζόμενη	Ναι Να αναφερθεί η τεχνολογία μπαταρίας
2	Διάρκεια ζωής	Να αναφερθεί ο εκτιμώμενος συνολικός αριθμός κύκλων (φόρτιση / αποφόρτιση)
3	Χρόνος συνεχόμενης λειτουργίας	Να αναφερθεί
Δ	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ	
1	Θέσεις φόρτισης	4
2	Ενδείξεις για την φόρτιση των μπαταριών	Να αναλυθεί