

Αθήνα, 01 Φεβρουαρίου 2016

- ΠΡΟΣ :**
- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
 - Διοικητή Νοσοκομείου / Κο Γρηγορόπουλο Αναστάσιο
 - Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 - Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
 - 1^η ΥΠΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Διοικητή / Κο Άγγελο Παπαδόπουλο
 - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΨΗ: - Προέδρου / Κα Σαρτζετάκη Πετρούλα - Αναστασία
- Αντιπροέδρου / Κου Απόστολου Σίνη
 - ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
 - ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ /
Κο Λέανδρο Ρακιντζή
 - ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
- Κεντρική Υπηρεσία: Πειραιώς 205, 11853 Αθήνα
 - Κάθε άλλου Δημόσιου Οργάνου και εποπτικής αρχής για την εξέταση της παρούσας

Θέμα: Συμμετοχή στην πρόσκληση για τη δεύτερη δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Σύμβαση Συντήρησης – Επισκευής Δεκάζι Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού Gambro

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΤΟΥ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ» - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΚΑΡΤΕΛ – ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.

Αξιότιμοι Κύριοι «αρμόδιοι υποστηρικτές» των συμφερόντων και των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός»,

Επαναλαμβάνουμε και επιβεβαιώνουμε εκ νέου άπασης τις τεκμηριωμένες (νομικά και πραγματικά) παρατηρήσεις που θέσαμε υπόψη του νοσοκομείου σας κατά τη συμμετοχή μας στην πρώτη δημόσια διαβούλευση, τις οποίες ουδόλως λάβατε υπόψη για την βελτίωση των τεχνικών προδιαγραφών των δεκάξι Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού Gambro, αλλά με μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώσαμε ότι τις λάβατε πολύ σοβαρά υπόψη σας και τις υιοθετήσατε βελτιώνοντας τις τεχνικές προδιαγραφές των άλλων Ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων του νοσοκομείου σας, αποδεικνύοντας εμπράκτως ότι η όλη διαδικασία στην οποία μας υποβάλλετε είναι πέρα για πέρα **υποκριτική και προσχηματική και εξυπηρετεί καταφανέστατα τον μέχρι σήμερα έναν και μοναδικό (περιούσιο), το ΚΑΡΤΕΛ της συντήρησης των Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού Gambro.**

Τον μόνο όρο που δεν είδαμε ακόμα εκ μέρους σας είναι η επωνυμία του υποψηφίου αναδόχου από πιο γράμμα να αρχίζει και σε πιο γράμμα να τελειώνει.

Παρόλα αυτά κι επειδή έχουμε εμπιστοσύνη στις εποπτικές αρχές, συμμετέχουμε στη διαδικασία της 2^{ης} διαβούλευσης, επαγόμενοι ειδικότερα τα εξής:

1. Παρά την ενδελεχή ανάλυση στην οποία προβήκαμε όσον αφορά τους παράνομους και φωτογραφικούς όρους των τεχνικών προδιαγραφών (περί βεβαιώσεων από την Κατασκευάστρια Εταιρεία) σεις εμμένετε εντελώς αδικαιολόγητα σε αυτούς, φοβούμενοι προφανώς μήπως τυχόν ξεφύγει ο διαγωνισμός από τα χέρια του αρεστού σε εσάς (καθώς φαίνεται) **ΚΑΡΤΕΛ συντήρησης των Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού Gambro**, και την ίδια στιγμή υιοθετείτε τις παρατηρήσεις μας και απαλείφετε τους παράνομους όρους για τα υπόλοιπα Ιατροτεχνολογικά Μηχανήματα.

2. Σας επισημαίνουμε επακριβώς τι ορίζει η σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας του υποψηφίου συντηρητή, αλλά εσείς και πάλι κωφεύετε, θεωρώντας προφανώς το νοσοκομείο τσιφλίκι σας που μπορεί να συναλλάσσεται με όποιον του αρέσει.

Κύριοι «αρμόδιοι» του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός» με τα χρήματα που βγάξετε από την τσέπη σας μπορείτε να συναλλάσσεσθε με όποιον σας κάνει κέφι, όμως με τα χρήματα του ελληνικού λαού, είστε υποχρεωμένοι να τηρείτε το νόμο, επιδιώκοντας τον ανταγωνισμό και όχι κατακρεουργώντας τον με φωτογραφικούς όρους.

3. Παρόλα αυτά, οι παρατηρήσεις της εταιρείας μας στην 1^η Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών, μπορεί να μη λήφθηκαν καθόλου υπόψη από το Νοσοκομείο σας για τα Δεκάξι Μηχανήματα Τεχνητού Νεφρού Gambro για τα οποία και τις καταθέσαμε, η αναγνώριση όμως των παράνομων και φωτογραφικών όρων που σας επισημάναμε, αποδεικνύεται ακράδαντα από την πλευρά σας με την υιοθέτησή τους στα υπόλοιπα Ιατροτεχνολογικά Μηχανήματα του Νοσοκομείου σας, κάτι που αποδεικνύει με τον πλέον κατάφωρο τρόπο, την παράνομη προσήλωση των αρμοδίων του νοσοκομείου σας, στην απόλυτη υπηρέτηση του **KARTEA συντήρησης των Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού Gambro**, κατακρεουργώντας τον ανταγωνισμό και κάνοντας πλιάτσικο στα οικονομικά συμφέροντα του νοσοκομείου.

4. Δεν λάβατε καθόλου υπόψη τις παρατηρήσεις μας στη 1^η Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τη συντήρηση των Δεκάξι Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού Gambro, αλλά τις υιοθετήσατε πλήρως και τις λάβατε υπόψη σας για τη συντήρηση των **ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ GE HEALTHCARE DATEX-OHMEDA**

Στην 1^η διαβούλευση οι όροι είχαν ως εξής:

Όρος 2: «Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται από ειδικά προς τούτο εκπαιδευμένο – **εξουσιοδοτημένο** προσωπικό με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, για την συντήρηση του συγκεκριμένου μηχανήματος»

Άρθρο 7:

Όρος 3 «Θα κατατεθεί βεβαίωση / επιστολή του Οίκου Κατασκευής των μηχανημάτων, ότι θα παρέχει τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και υλικά επισκευής και συντήρησης των».

Λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις τις εταιρείας μας για τη συντήρηση των Δεκάξι Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού Gambro στη 2^η διαβούλευση τους βελτιώσατε ως εξής :

Όρος 2: «Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται από ειδικά προς τούτο εκπαιδευμένο προσωπικό με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, για την συντήρηση του συγκεκριμένου μηχανήματος».

Άρθρο 7:

Όρος 3: «Να κατατεθεί βεβαίωση/επιστολή του Οίκου Κατασκευής του εξοπλισμού ότι θα παρέχει τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και υλικά επισκευής και συντήρησής τους. Εναλλακτικά να κατατεθεί δήλωση-δέσμευση ότι χρησιμοποιούνται κατάλληλα ανταλλακτικά και υλικά επισκευής όπως αυτά αναφέρονται στο εγχειρίδιο επισκευής- συντήρησης ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή, εύρυθμη και εντός προδιαγραφών λειτουργία του εξοπλισμού χωρίς να επηρεάζεται η πιστοποίηση CE του μηχανήματος»

Έτσι αφαιρέσατε από τον όρο 2 τη λέξη «εξουσιοδοτημένο» και στον όρο 3 προσθέσατε «Εναλλακτικά να κατατεθεί δήλωση-δέσμευση ότι χρησιμοποιούνται κατάλληλα ανταλλακτικά και υλικά επισκευής όπως αυτά αναφέρονται στο εγχειρίδιο επισκευής- συντήρησης ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή, εύρυθμη και εντός προδιαγραφών λειτουργία του εξοπλισμού χωρίς να επηρεάζεται η πιστοποίηση CE του μηχανήματος».

Ομοίως τις υιοθετήσατε πλήρως και τις λάβατε υπόψη σας για τη συντήρηση των ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ OPERA G650 RAD MERATE

Στην 1^η διαβούλευση οι όροι είχαν ως εξής:

Όρος 2: «Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται από ειδικά προς τούτο εκπαιδευμένο – εξουσιοδοτημένο προσωπικό με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο

του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, για την συντήρηση του συγκεκριμένου μηχανήματος»

Όρος 9. «Θα κατατεθεί βεβαίωση / επιστολή του Οίκου Κατασκευής των μηχανημάτων, ότι θα παρέχει τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και υλικά επισκευής και συντήρησης των».

Λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις τις εταιρείας μας για τη συντήρηση των Δεκάξι Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού Gambro στη 2^η διαβούλευση τους βελτιώσατε ως εξής :

Όρος 2: «Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται από ειδικά προς τούτο εκπαιδευμένο προσωπικό με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, για την συντήρηση του συγκεκριμένου μηχανήματος».

Όρος 9: «Να κατατεθεί βεβαίωση/επιστολή του Οίκου Κατασκευής του εξοπλισμού ότι θα παρέχει τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και υλικά επισκευής και συντήρησής τους. Εναλλακτικά να κατατεθεί δήλωση-δέσμευση ότι χρησιμοποιούνται κατάλληλα ανταλλακτικά και υλικά επισκευής όπως αυτά αναφέρονται στο εγχειρίδιο επισκευής- συντήρησης ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή, εύρυθμη και εντός προδιαγραφών λειτουργία του εξοπλισμού χωρίς να επηρεάζεται η πιστοποίηση CE του μηχανήματος».

Έτσι αφαιρέσατε από τον όρο 2 τη λέξη «εξουσιοδοτημένο» και στον όρο 9 προσθέσατε «Εναλλακτικά να κατατεθεί δήλωση-δέσμευση ότι χρησιμοποιούνται κατάλληλα ανταλλακτικά και υλικά επισκευής όπως αυτά αναφέρονται στο εγχειρίδιο επισκευής- συντήρησης ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή, εύρυθμη και εντός προδιαγραφών λειτουργία του εξοπλισμού χωρίς να επηρεάζεται η πιστοποίηση CE του μηχανήματος».

Ομοίως τις υιοθετήσατε πλήρως και τις λάβατε υπόψη σας για τη συντήρηση των
ΔΥΟ (2) ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ PHILIPS DIAGNOST TH

Στην 1^η διαβούλευση οι όροι είχαν ως εξής:

Όρος 2: «Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται από ειδικά προς τούτο εκπαιδευμένο –
εξουσιοδοτημένο προσωπικό με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και
εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC,
για την συντήρηση του συγκεκριμένου μηχανήματος»

Όρος 9. «Θα κατατεθεί βεβαίωση / επιστολή του Οίκου Κατασκευής των μηχανημάτων,
ότι θα παρέχει τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και υλικά επισκευής και
συντήρησης των».

Λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις τις εταιρείας μας για τη συντήρηση των
Δεκάξι Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού Gambro στη 2^η διαβούλευση τους
βελτιώσατε ως εξής :

Όρος 2: «Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται από ειδικά προς τούτο εκπαιδευμένο
προσωπικό με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον κατασκευαστή ή τον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί
ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, για την συντήρηση του συγκεκριμένου
μηχανήματος».

Όρος 9: «Να κατατεθεί βεβαίωση/επιστολή του Οίκου Κατασκευής του εξοπλισμού ότι
θα παρέχει τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και υλικά επισκευής και συντήρησής
τους. Εναλλακτικά να κατατεθεί δήλωση-δέσμευση ότι χρησιμοποιούνται
κατάλληλα ανταλλακτικά και υλικά επισκευής όπως αυτά αναφέρονται στο
εγχειρίδιο επισκευής- συντήρησης ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή, εύρυθμη και
εντός προδιαγραφών λειτουργία του εξοπλισμού χωρίς να επηρεάζεται η
πιστοποίηση CE του μηχανήματος».

Έτσι αφαιρέσατε από τον όρο 2 τη λέξη «εξουσιοδοτημένο» και στον όρο 9
προσθέσατε «Εναλλακτικά να κατατεθεί δήλωση-δέσμευση ότι χρησιμοποιούνται

κατάλληλα ανταλλακτικά και υλικά επισκευής όπως αυτά αναφέρονται στο εγχειρίδιο επισκευής- συντήρησης ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή, εύρυθμη και εντός προδιαγραφών λειτουργία του εξοπλισμού χωρίς να επηρεάζεται η πιστοποίηση CE του μηχανήματος».

Ομοίως τις υιοθετήσατε πλήρως και τις λάβατε υπόψη σας για τη συντήρηση των
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ SIEMENS ICONOS R200

Στην 1^η διαβούλευση οι όροι είχαν ως εξής:

Όρος 2: «Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται από ειδικά προς τούτο εκπαιδευμένο – εξουσιοδοτημένο προσωπικό με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, για την συντήρηση του συγκεκριμένου μηχανήματος»

Όρος 9. «Θα κατατεθεί βεβαίωση / επιστολή του Οίκου Κατασκευής των μηχανημάτων, ότι θα παρέχει τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και υλικά επισκευής και συντήρησης των».

Λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις τις εταιρείας μας για τη συντήρηση των Δεκάξι Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού Gambro στη 2^η διαβούλευση τους βελτιώσατε ως εξής :

Όρος 2: «Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται από ειδικά προς τούτο εκπαιδευμένο προσωπικό με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, για την συντήρηση του συγκεκριμένου μηχανήματος».

Όρος 9: «Να κατατεθεί βεβαίωση/επιστολή του Οίκου Κατασκευής του εξοπλισμού ότι θα παρέχει τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και υλικά επισκευής και συντήρησής τους. Εναλλακτικά να κατατεθεί δήλωση-δέσμευση ότι χρησιμοποιούνται κατάλληλα ανταλλακτικά και υλικά επισκευής όπως αυτά αναφέρονται στο εγχειρίδιο επισκευής- συντήρησης ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή, εύρυθμη και

εντός προδιαγραφών λειτουργία του εξοπλισμού χωρίς να επηρεάζεται η πιστοποίηση CE του μηχανήματος».

Έτσι αφαιρέσατε από τον όρο 2 τη λέξη «εξουσιοδοτημένο» και στον όρο 9 προσθέσατε «Εναλλακτικά να κατατεθεί δήλωση-δέσμευση ότι χρησιμοποιούνται κατάλληλα ανταλλακτικά και υλικά επισκευής όπως αυτά αναφέρονται στο εγχειρίδιο επισκευής- συντήρησης ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή, εύρυθμη και εντός προδιαγραφών λειτουργία του εξοπλισμού χωρίς να επηρεάζεται η πιστοποίηση CE του μηχανήματος».

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι αρμόδιοι του νοσοκομείου Αθηνών «Ευαγγελισμός» αναγνώρισαν πλήρως τους παράνομους και φωτογραφικούς όρους που η εταιρεία μας τόνισε και ανέδειξε με τις παρατηρήσεις της στην 1^η Δημόσια Διαβούλευση προσαρμόζοντας και βελτιώνοντας επιλεκτικά μόνο τις τεχνικές προδιαγραφές των υπολοίπων Ιατροτεχνολογικών Μηχανημάτων του Νοσοκομείου, και όχι αυτών των Δεκάξι Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού Gambro. Η τροποποίηση και η απαλοιφή των ανωτέρω όρων των τεχνικών προδιαγραφών, όπως διαμορφώθηκαν κατά την παρούσα 2^η διαβούλευση, στηρίζονται αποκλειστικά επί τη βάσει των παρατηρήσεων που υπέβαλε η εταιρεία μας, καθώς καμία άλλη εταιρεία δεν υπέβαλε σχετικές παρατηρήσεις επί των εν λόγω όρων.

Οι «αρμόδιοι» του Ευαγγελισμού έκριναν ότι τα συμφέροντα του ΚΑΡΤΕΛ συντήρησης των Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού Gambro είναι πάνω από τα συμφέροντα του νοσοκομείου;

Οι «αρμόδιοι» του Ευαγγελισμού προτίμησαν να υπηρετήσουν τα συμφέροντα του ΚΑΡΤΕΛ συντήρησης των Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού Gambro και όχι τα συμφέροντα του νοσοκομείου;

Για τους «αρμόδιους» του Ευαγγελισμού οι ανάγκες του Νοσοκομείου:

Δεν είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού;

Δεν είναι η επίτευξη καλύτερων τιμών και ποιοτικότερων υπηρεσιών;

Δεν είναι η αποφυγή περιορισμού του ανταγωνισμού μέσω τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που ευνοούν έναν συγκεκριμένο προμηθευτή; (ΤΟ ΚΑΡΤΕΛ)

Δεν είναι η συντήρηση των μηχανημάτων με λιγότερο από 170,00 € το μηχάνημα το μήνα αντί των 201,00 € το μηχάνημα το μήνα που πληρώνει σήμερα στο ΚΑΡΤΕΛ; Πετώντας στην κυριολεξία χιλιάδες ευρώ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ;

5. Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας στην προσπάθεια της, πιθανόν, να περιορίσει το φαινόμενο των αυθαίρετων και παράνομων τεχνικών προδιαγραφών από τους «αρμόδιους» των Νοσοκομείων οι οποίοι δρουν με σκοπούς ξένους από αυτούς των συμφερόντων και των αναγκών των Νοσοκομείων εξέδωσε την απόφαση με αριθ. 65/17-7-2015/21-7-2015 (θέμα 1^ο) την οποία και ανακοίνωσε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 2889/24-7-2015 Ανακοίνωση της.

Όπως οι «αρμόδιοι» του Ευαγγελισμού δεν τήρησαν τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία την οποία επισημάναμε με τις παρατηρήσεις μας στην 1^η διαβούλευση. Έτσι έγραψαν και στα παλαιότερα των υποδημάτων τους την ανωτέρω απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας προκειμένου να συντάξουν αυθαίρετα υπερ του περιούσιου συντηρητή τους τις τεχνικές προδιαγραφές και όχι όπως όρισε η ΕΠΥ με την απόφαση της.

[Το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός δεν τήρησε την απόφαση της ΕΠΥ 65/17-7-2015/21-7-2015 (θέμα 1^ο) την οποία και ανακοίνωσε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 2889/24-7-2015 Ανακοίνωση της]

Επομένως και για το λόγο αυτό η όλη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης των «αρμόδιων» του Ευαγγελισμού είναι πέρα για πέρα παράνομη υποκριτική και προσχηματική και εξυπηρετεί καταφανέστατα τον μέχρι και σήμερα έναν και μοναδικό (περιούσιο) συντηρητή (ΤΟ ΚΑΡΤΕΛ).

Η παράγραφος 1(δ) της ανακοίνωσης με αρ. πρωτ. 2889/24-7-2015 της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας αναφέρει:

« (δ) Οι τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα πρέπει να καταρτίζονται με τρόπο κατά το δυνατόν γενικό, ώστε τουλάχιστον να αποφεύγεται ο περιορισμός του ανταγωνισμού μέσω τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που ευνοούν έναν συγκεκριμένο προμηθευτή».

Οι «αρμόδιοι» του Ευαγγελισμού όχι μόνο δεν τήρησαν ως όφειλαν και είχαν υποχρέωση την ως άνω απόφαση της ΕΠΥ, αλλά αντιθέτως δρουν με κάθε τρόπο μέσω των τεχνικών προδιαγραφών που θέτουν, με κύριο στόχο την εξυπηρέτηση του μέχρι σήμερα ενός και μοναδικού (περιούσιου) συντηρητή τους.

Αντί να αποφεύγουν τον περιορισμό του ανταγωνισμού, τον κατακρεουργούν δρώντας με κάθε τρόπο προκειμένου να εδραιώσουν τα παράνομα πολυετή και ασύμφορα, για το Νοσοκομείο, μονοπώλια.

Κατόπιν τούτων, και με την πικρή αίσθηση που μας αφήνει η παρούσα διαδικασία, τονίζουμε με έμφαση την ανάγκη να επιληφθούν οι αρμόδιες ελεγκτικές και εποπτικές αρχές και η παρούσα διαβούλευση να φύγει από τους αρμόδιους «υπηρέτες» του ΚΑΡΤΕΛ συντήρησης των Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού Gambro του Ευαγγελισμού και να πάει στα χέρια της ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.



Μπαλτσας Ιωάννης

Για τη ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ
ΣΕΡ.ΚΟ Ε.Π.Ε.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
(ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - SERVICE)
ΑΓΗΣΑΝΔΡΟΥ 3 - ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ - ΑΘΗΝΑ 116 32
ΤΗΛ. 210 7013582 - FAX: 210 7519343
ΑΦΜ: 095221353 - ΔΟΥ: ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ



Στεριώτης Κων/νος

Διαχειριστές