

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Α

1^η Διαβουλευόμενη προδιαγραφή:

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Βοηθητικοί ρευματολήπτες

Τουλάχιστον τρεις για σύνδεση περιφερικών
συσκευών

Αιτιολόγηση παρέμβασης: Οι μονωμένοι ρευματολήπτες παρέχουν προστασία έναντι διαρροής ρεύματος από ελαττωματική συνδεδεμένη συσκευή προς το μηχάνημα αναισθησίας. Επιπροσθέτως, δεν απαιτείται έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, κάθε φορά που συνδέεται μία περιφερική συσκευή στο μηχάνημα αναισθησίας.

Πρόταση της εταιρείας μας:

Βοηθητικοί **μονωμένοι** ρευματολήπτες

Τουλάχιστον τρεις για σύνδεση
περιφερικών συσκευών

2^η Διαβουλευόμενη προδιαγραφή:

ΜΟΝΙΤΟΡ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

ΟΘΟΝΗ

Κανάλια

≥ 4

Αιτιολόγηση παρέμβασης: Οι περισσότερες κατασκευάστριες εταιρείες με ηγετικές θέσεις στην παγκόσμια αγορά, διαθέτουν monitor αναπνευστικών παραμέτρων με τρία (3) κανάλια για την ταυτόχρονη απεικόνιση τριών (3) κυματομορφών (πίεσης, ροής και etCO₂). Επιπροσθέτως στην οθόνη απεικονίζονται αριθμητικές τιμές και βρόχοι σπироμετρίας. Καθώς η απαίτηση τεσσάρων (4) τουλάχιστον καναλιών δύναται να ερμηνευτεί ως απαίτηση ταυτόχρονης απεικόνισης τεσσάρων (4) κυματομορφών, αιτούμαστε την αλλαγή της διατύπωσης της προδιαγραφής ως κάτωθι ώστε να προαχθεί ο υγιής ανταγωνισμός, χωρίς να δημιουργούνται αδικαιολόγητα εμπόδια.

Πρόταση της εταιρείας μας:

Κανάλια

≥ 3

3^η Διαβουλευόμενη προδιαγραφή:

ΜΟΝΙΤΟΡ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Έξοδοι

VGA για σύνδεση απομακρυσμένης οθόνης
και Ethernet για σύνδεση με Κεντρικό
Σταθμό

Αιτιολόγηση παρέμβασης: Τα τελευταίας γενιάς μόνιτορ υψηλών απαιτήσεων, διαθέτουν σύγχρονες ψηφιακές εξόδους και όχι αναλογικές VGA, για σύνδεση απομακρυσμένης οθόνης.

Πρόταση της εταιρείας μας:

Έξοδοι

VGA ή ψηφιακή DVI για σύνδεση
απομακρυσμένης οθόνης και Ethernet για
σύνδεση με Κεντρικό Σταθμό