

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ A plus

1^η Διαβουλευόμενη προδιαγραφή:

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Βοηθητικοί ρευματολήπτες

Τουλάχιστον τρεις για σύνδεση περιφερικών
συσκευών

Αιτιολόγηση παρέμβασης: Οι μονωμένοι ρευματολήπτες παρέχουν προστασία έναντι διαρροής ρεύματος από ελαττωματική συνδεδεμένη συσκευή προς το μηχάνημα αναισθησίας. Επιπροσθέτως, δεν απαιτείται έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, κάθε φορά που συνδέεται μία περιφερική συσκευή στο μηχάνημα αναισθησίας.

Πρόταση της εταιρείας μας:

Βοηθητικοί **μονωμένοι** ρευματολήπτες

Τουλάχιστον τρεις για σύνδεση
περιφερικών συσκευών

2^η Διαβουλευόμενη προδιαγραφή:

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΞΗΣ ΦΡΕΣΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διασφάλισης χορήγησης μίγματος
φρέσκων αερίων με $FiO_2 \geq 21\%$ όταν το
μίγμα φρέσκων αερίων είναι N_2O

Ναι

Αιτιολόγηση παρέμβασης: Τα αναισθησιολογικά μηχανήματα που διαθέτουν ηλεκτρονικό μίκτη φρέσκων αερίων, έχουν ηλεκτρονικό σύστημα αποφυγής χορήγησης υποξικού μίγματος που διασφαλίζει $FiO_2 \geq 25\%$ όταν το μίγμα φρέσκων αερίων είναι με N_2O και $FiO_2 \geq 21\%$ όταν το μίγμα φρέσκων αερίων είναι ιατρικός αέρας και οξυγόνο.

Πρόταση της εταιρείας μας:

Διασφάλισης χορήγησης μίγματος
φρέσκων αερίων με **$FiO_2 \geq 25\%$** όταν το
μίγμα φρέσκων αερίων είναι N_2O

Ναι

3^η Διαβουλευόμενη προδιαγραφή:

ΜΟΝΙΤΟΡ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Έξοδοι

VGA για σύνδεση απομακρυσμένης οθόνης
και Ethernet για σύνδεση με Κεντρικό
Σταθμό

Αιτιολόγηση παρέμβασης: Τα τελευταίας γενιάς μόνιτορ υψηλών απαιτήσεων, διαθέτουν σύγχρονες ψηφιακές εξόδους και όχι αναλογικές VGA, για σύνδεση απομακρυσμένης οθόνης.

Πρόταση της εταιρείας μας:

Έξοδοι

VGA ή ψηφιακή DVI για σύνδεση
απομακρυσμένης οθόνης και Ethernet για
σύνδεση με Κεντρικό Σταθμό