

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΥΠΟΥ Γ

Διαβουλευόμενη προδιαγραφή:

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΞΗΣ ΦΡΕΣΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διασφάλισης χορήγησης μίγματος φρέσκων αερίων με $FiO_2 \geq 23\%$ όταν το μίγμα φρέσκων αερίων είναι N_2O	Ναι
--	-----

Αιτιολόγηση παρέμβασης: Τα περισσότερα αναισθησιολογικά μηχανήματα που διαθέτουν σύστημα αποφυγής χορήγησης υποξικού μίγματος, διασφαλίζουν $FiO_2 \geq 25\%$ όταν το μίγμα φρέσκων αερίων είναι με N_2O και $FiO_2 \geq 21\%$ όταν το μίγμα φρέσκων αερίων είναι ιατρικός αέρας και οξυγόνο.

Πρόταση της εταιρείας μας:

Διασφάλισης χορήγησης μίγματος φρέσκων αερίων με $FiO_2 \geq 25\%$ όταν το μίγμα φρέσκων αερίων είναι N_2O	Ναι
--	-----