

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΛΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ

30	Βραχίονες	Προτεινόμενη διατύπωση	
	Δυνατότητα ανύψωσης	Φορτίο 200 κιλών στο σημείο ανάρτησης του αναισθησιολογικού μηχανήματος	Φορτίο 250 κιλών στο σημείο ανάρτησης του αναισθησιολογικού μηχανήματος
Σχόλιο: Η δυνατότητα ανάρτησης υψηλού φορτίου προορίζεται μόνο στις περιπτώσεις που αναρτάται αναισθησιολογικό μηχάνημα μεγάλου βάρους. Για την διασφάλιση ανύψωσης με ασφάλεια των βαρύτερων αναισθησιολογικών μηχανημάτων της αγοράς (230 με 250 κιλά) προτείνουμε την αλλαγή της δυνατότητας ανάρτησης σε 250 κιλά στο σημείο ανάρτησης του αναισθησιολογικού.			
25	Παροχές	Προτεινόμενη διατύπωση	
	Μέγιστη δυνατότητα λήψεων	60 τεμάχια	32 τεμάχια
Σχόλιο: Η εταιρεία μας διαθέτει το μοναδικό σύστημα ανάρτησης αναισθησιολογικών μηχανημάτων Forta το οποίο καλύπτει ανάρτηση εξοπλισμού μέχρι 270 κιλά. Είναι το μοναδικό σύστημα το οποίο μπορεί να προσφερθεί από την εταιρεία μας στον εν λόγω διαγωνισμό και διαθέτει δυνατότητα τοποθέτησης 32 λήψεων.			
10	Πρότυπα συμμόρφωσης	Προτεινόμενη διατύπωση	
	ISO 5359 (απαιτήσεις για συστήματα σωληνώσεων πίεσης για χρήση με ιατρικά αέρια)	ΝΑΙ	- (Να απαληφθεί)

Σχόλιο: Από τον οργανισμό iso.org και το πρότυπο 11197 σελίδα 50 βλέπουμε τα παρακάτω:
Annex ZB - The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

Publication - Title

ISO 5359 - Low-pressure hose assemblies for use with medical gases

Το οποίο μεταφράζεται ελεύθερα:

Παράρτημα ZB - Τα ακόλουθα έγγραφα ως αναφέρονται είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του παρόντος εγγράφου. Για τις ημερομηνίες των αναφορών, μόνο η έκδοση που αναφέρεται ισχύει. Για τις μη χρονολογημένες αναφορές, η τελευταία έκδοση του αναφερόμενου εγγράφου ισχύει. (συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων).

Έγγραφο - Τίτλος

ISO 5359 - απαιτήσεις για συστήματα σωληνώσεων πίεσης για χρήση με ιατρικά αέρια

Το οποίο σημαίνει ότι για την εφαρμογή του πρότυπου 11197 προαπαιτούμενη είναι η εφαρμογή του προτύπου 5359, μεταξύ άλλων. Για αποφυγή τυχών ενστάσεων προτείνεται να απαληφθεί η εν λόγω προδιαγραφή καθώς καλύπτεται από το πρότυπο 11197 και δεν περιγράφεται από τα κατατιθέμενα έγγραφα.

Για την Draeger Hellas A.E.

Με εκτίμηση

DRAEGER HELLAS A.E.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 150, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ
Α.Φ.Μ.: 097799268 Δ.Ο.Υ. ΠΑΡΕΛΛΑΔΗΝΩΝ
ΑΡ. ΕΜΗΛΑ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1000
ΤΗΛ. 210 2821200 FAX: 210 2821214

Γιώργος Ανέστης
Διευθυντής Πωλήσεων
Medical Division

Σελίδα 2 από 2

Draeger Hellas A.E

Ελευθ. Βενιζέλου 150,
TK 142 31, Νέα Ιωνία
Ελλάδα
Τηλ: +30 210 2821809
Fax: +30 210 2821214

www.draeger.com

Draeger Hellas S.A

150, El. Venizelou str
142 31, Nea Ionia
Greece
Tel: +30 210 2821809
Fax: +30 210 2821214

www.draeger.com