

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΗΛΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ

		Προτεινόμενη διατύπωση
10	Πρότυπα συμμόρφωσης	
	ISO 5359 (απαιτήσεις για συστήματα σωληνώσεων πίεσης για χρήση με ιατρικά αέρια)	ΝΑΙ - (Να απαληφθεί)

Σχόλιο: Από τον οργανισμό iso.org και το πρότυπο 11197 σελίδα 50 βλέπουμε τα παρακάτω:

Annex ZB - The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

Publication - Title

ISO 5359 - Low-pressure hose assemblies for use with medical gases

Το οποίο μεταφράζεται ελεύθερα:

Παράρτημα ZB - Τα ακόλουθα έγγραφα ως αναφέρονται είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του παρόντος εγγράφου. Για τις ημερομηνίες των αναφορών, μόνο η έκδοση που αναφέρεται ισχύει. Για τις μη χρονολογημένες αναφορές, η τελευταία έκδοση του αναφερόμενου εγγράφου ισχύει.

(συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων).

Έγγραφο - Τίτλος

ISO 5359 - απαιτήσεις για συστήματα σωληνώσεων πίεσης για χρήση με ιατρικά αέρια

Το οποίο σημαίνει ότι για την εφαρμογή του πρότυπου 11197 προαπαιτούμενη είναι η εφαρμογή του προτύπου 5359, μεταξύ άλλων. Για αποφυγή τυχών ενστάσεων προτείνεται να απαληφθεί η εν λόγω προδιαγραφή καθώς καλύπτεται από το πρότυπο 11197 και δεν περιγράφεται από τα κατατιθέμενα έγγραφα.

Για την Draeger Hellas A.E.

Με εκτίμηση

DRAEGER HELLAS A.E.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 150, 142 31 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Α.Φ.Μ. 207799268 Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ: 009151101000
ΤΗΛ: 210 2821 809 FAX: 210 2821 214

Γιώργος Ανέστης
Διευθυντής Πωλήσεων
Medical Division

Σελίδα 1 από 1

Draeger Hellas A.E

Ελευθ. Βενιζέλου 150,
TK 142 31, Νέα Ιωνία
Ελλάδα
Τηλ: +30 210 2821809
Fax: +30 210 2821214

www.draeger.com

Draeger Hellas S.A

150, El. Venizelou str
142 31, Nea Ionia
Greece
Tel: +30 210 2821809
Fax: +30 210 2821214

www.draeger.com