

ΠΕΡΙΦ. ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ

«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Υψηλάντου 45-47,
ΚΟΛΩΝΑΚΙ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Υπόψη: Κου Μπιρμπιλόπουλου

Τηλ.: 213 2045980

Fax: 213 2041352

E-mail: bioiatriki2002@yahoo.com.

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2016

Αρ.πρωτ: 2016/Ε/Ο/78088 ΜΚ/επ

Αξιότιμε Κύριε Μπιρμπιλόπουλε,

Σε συνέχεια της από 11/3/2016 ανάρτησης σας στο site του Νοσοκομείου σας, σχετικά με την την περιγραφή έργου της πλήρης συντήρησης – επισκευής ελαστογραφίας **FIBROSCAN 502 του οίκου ECHOSENS (σχετική προσφορά μας Νο 2016/Ε/23966-28/1/2016 ΔΒ/επ)**, και ως αποκλειστικοί αντιπρόσωποι του οίκου **ECHOSENS/Γαλλίας**, η εταιρεία μας έχει να παραθέσει τις κάτωθι παρατηρήσεις:

- Στην παρ. 5. της περιγραφής έργου, αναφέρονται τα κάτωθι:

" ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Η συντήρηση του παραπάνω ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού θα πραγματοποιείται όπως ορίζει ο κατασκευαστικός Οίκος από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρα 08:00 έως 16:00. Να κατατεθούν τα σχετικά έντυπα του εγχειριδίου συντήρησης. Η διάρκεια των εργασιών συντήρησης θα είναι οκτώ ώρες εκτός ειδικών αναγκών, που θα ορίζονται από κοινού με τον Διευθυντή του Τμήματος και ενημερώνοντας το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου. Κατά την διάρκεια των προγραμματισμένων Συντηρήσεων-Επισκευών που θα γίνονται από τους τεχνικούς του Συντηρητή θα ειδοποιείται από τον Συντηρητή με Fax το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του ΠΕΛΑΤΗ. Παράβαση αυτού του όρου θα επιφέρει την ποινή της μη πληρωμής του ετήσιου τιμολογίου που θα εκδίδεται από τον Συντηρητή.

Οι επισκευές βλαβών θα γίνονται καθημερινές από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρα 08:00 έως 16:00. Οι επισκευές βλαβών θα γίνονται – εφόσον παραστεί ανάγκη - από ώρες 08.00 έως 22.00 τις Αργίες και τα Σαββατοκύριακα, εφόσον το Νοσοκομείο εφημερεύει.

Η προσέλευση των Τεχνικών της εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται κατά το δυνατόν μέσα σε 2 ώρες από την έγγραφη λήψη της ειδοποίησης στα γραφεία της.

Κατά την διάρκεια των Συντηρήσεων-Επισκευών που θα γίνονται από τους τεχνικούς της εταιρείας, κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (07:00-15:00), θα παρευρίσκεται και αρμόδιος τεχνικός της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Επισκευές που θα πραγματοποιούνται από τους τεχνικούς της εταιρείας εκτός ωραρίου λειτουργίας της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, θα ενημερώνεται το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας την αμέσως επόμενη ημέρα και θα υπογράφεται το Δελτίο Επισκευής. Παράβαση αυτού του όρου θα επιφέρει την ποινή της μη πληρωμής του μηνιαίου τιμολογίου που θα εκδίδεται από τον Συντηρητή."

Η εταιρεία μας προτείνει η ανωτέρω παράγραφος να τροποποιηθεί ως κάτωθι:

".....Η προσέλευση των Τεχνικών της εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται την ίδια εργάσιμη ημέρα εφόσον η έγγραφη λήψη της ειδοποίησης του Νοσοκομείου θα πραγματοποιείται έως τις 10:00πμ. Εάν πραγματοποιείται μετά τις 10:00πμ η προσέλευση των Τεχνικών της εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.....".

- Στην παρ. 6. της περιγραφής έργου, αναφέρονται τα κάτωθι:

DOWN TIME

Η επιτρεπόμενη διάρκεια ακινητοποίησης (downtime) του ιατροτεχνολογικού είδους συμφωνείται σε **διακόσιες σαράντα (240) ώρες ανά έτος** για το σύνολο του εξοπλισμού. Ως χρόνος ακινητοποίησης ορίζεται ο χρόνος ακινητοποίησης των επί μέρους αυτόνομων λειτουργικών μονάδων ή του συνόλου του ιατροτεχνολογικού είδους κατά τον οποίο δεν ήταν δυνατή η διενέργεια περιστατικού. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από την κλήση του Συντηρητή για επισκευή, η οποία κλήση θα γίνεται σύμφωνα με τις ημέρες και ώρες επισκευής που αναφέρονται στην παράγραφο 5. Ο χρόνος αυτός δεν περιλαμβάνει τον χρόνο προληπτικής συντήρησης και εργασίες αναβάθμισης του συγκροτήματος.

Ως ώρες ακινητοποίησης θα λογίζεται το σύνολο των ωρών του 24ώρου από την ώρα ειδοποίησης του Συντηρητή, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης. Εφόσον ο χρόνος ακινητοποίησης μηχανήματος υποενόχτη υπερβεί τις 24 ώρες από την ειδοποίηση / κλήση του Συντηρητή, οι πέραν των 24 ωρών δαπανηθείσες ώρες διπλασιάζονται για τον υπολογισμό του χρόνου ακινητοποίησης της περίπτωσης".

Η εταιρεία μας προτείνει η ανωτέρω παράγραφος να τροποποιηθεί ως κάτωθι:

DOWN TIME

"Η επιτρεπόμενη διάρκεια ακινητοποίησης (downtime) του ιατροτεχνολογικού είδους συμφωνείται σε **διακόσιες σαράντα εργάσιμες (240) ώρες** ανά έτος για το σύνολο του εξοπλισμού. Ως χρόνος ακινητοποίησης ορίζεται ο χρόνος ακινητοποίησης των επί μέρους αυτόνομων λειτουργικών μονάδων ή του συνόλου του ιατροτεχνολογικού είδους κατά τον οποίο δεν ήταν δυνατή η διενέργεια περιστατικού. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από την κλήση του Συντηρητή για επισκευή, η οποία κλήση θα γίνεται σύμφωνα με τις ημέρες και ώρες επισκευής που αναφέρονται στην παράγραφο 5.

Ο χρόνος αυτός δεν περιλαμβάνει τον χρόνο προληπτικής συντήρησης, τον χρόνο βαθμονόμησης της κεφαλής καθώς και τον χρόνο που απαιτείται για εργασίες αναβάθμισης του συγκροτήματος".

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι είναι απαραίτητη η αλλαγή των ανωτέρω σημείων, έτσι ώστε να είναι εφικτή η σύναψη σύμβασης συντήρησης-επισκευής συστήματος ελαστογραφίας FIBROSCAN 502 του οίκου ECHOSENS.

Παραμένουμε πάντοτε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία χρειαστείτε.

Μετά τημής,

Για την ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε.



Μ. Καλόγλου

Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος