

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**

A. ΓΕΝΙΚΑ	
Η συσκευή νεφελοποίησης να είναι κατάλληλη για χρήση στο σπίτι, για τη χορήγηση φαρμακευτικών σκευασμάτων όλων των τύπων (βρογχοδιασταλτικών, κλπ) σε μορφή αερολύματος με ενσωματωμένη χειρολαβή για την εύκολη μεταφορά της σύγχρονης τεχνολογίας. Να περιλαμβάνει συμπιεστή, θάλαμο εκνέφωσης με επιστόμιο και μάσκα νεφελοποίησης για ενήλικες	
B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
1. Σήμανση CE	Σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/EEC
2. Να είναι αμεταχείριστη και το τελευταίο μοντέλο του κατασκευαστή οίκου	Να αναφερθεί η χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας
3. Ηλεκτρική τροφοδοσία	AC 220V/50Hz
4. Διαστάσεις	Να αναφερθούν
5. Βάρος συσκευής ελέγχου νεφελοποίησης	<2,5 Kgr
6. Διακόπτης λειτουργίας	Ναι, ON/OFF
7. Μονάδα νεφελοποίησης	Χωρητικότητα φαρμάκου 6ml τουλάχιστον, πολλαπλών χρήσεων. Να έχει τη δυνατότητα καθαρισμού. Να αναφερθεί αναλυτικά.
8. Γεννήτρια αερολύματος	Να αναφερθεί αναλυτικά
9. Ελεύθερη ροή εξόδου συμπιεστή	10 l/min περίπου
10. Πίεση εξόδου	Να αναφερθεί
11. Να έχει χαμηλό επίπεδο θορύβου κατά τη λειτουργία χορήγησης αερολύματος	Ναι, να αναφερθεί
12. Ηλεκτρική ασφάλεια (απομόνωση από τον ασθενή)	Σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο IEC 60601-1