

Π. Φάληρο, 1η Σεπτεμβρίου 2016

Προς το
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ Ν.Π.Δ.Δ.

Θέμα : Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ).
(Καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης 02.09.2016)

Κύριοι,

Ως αντιπρόσωπος της FUJIFILM Corporation Ιαπωνίας στην Ελλάδα και αφού λάβαμε τις σχετικές με την ανωτέρω προμήθεια προδιαγραφές, εισηγούμαστε την τροποποίηση τεσσάρων (4) προδιαγραφών όπως περιγράφουμε παρακάτω:

Α. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

Προδιαγραφή 4

4. Μέγεθος pixel : <142μm

Ζητούμε η προδιαγραφή να αλλάξει σε :

Μέγεθος pixel : ≤150μm

Αιτιολογία:

Η εν λόγω προδιαγραφή φωτογραφίζει προϊόν συγκεκριμένου προμηθευτή δημιουργώντας αδικαιολόγητα εμπόδια στον ανταγωνισμό. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το μέγεθος του pixel στους ψηφιακούς ανιχνευτές των ακτινολογικών μηχανημάτων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΕΚΑΠΤΥ, δεν ζητείται συγκεκριμένη τιμή αλλά να αναφερθεί μόνο προς αξιολόγηση.

Οι προδιαγραφές του ΕΚΑΠΤΥ χρησιμοποιήθηκαν σε όλους τους δημόσιους διαγωνισμούς που διενεργήθηκαν μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013.

./..

./..

Προδιαγραφή 6

6. Ενεργή μήτρα : $\geq (2500 \times 3000 \text{ pixel})$.

Ζητούμε η προδιαγραφή να αλλάξει σε :

Ενεργή μήτρα : $\geq 2300 \times 2800 \text{ pixel}$.

Αιτιολογία :

Η ενεργή μήτρα των pixel είναι ανάλογη με το μέγεθος του pixel της προδιαγραφής 4. Συνεπώς, η αύξηση του μεγέθους του pixel απαιτεί ανάλογη μείωση του αριθμού των pixel.

Προδιαγραφή 11

11. Συμβατότητα : Ναι, με τους σταθμούς εργασίας των Ψηφιοποιητών που διαθέτει το Νοσοκομείο.

Ζητούμε την πλήρη απαλοιφή της προδιαγραφής.**Αιτιολογία :**

Η συγκεκριμένη προδιαγραφή επιτρέπει τη συμμετοχή στο διαγωνισμό μόνο μίας εταιρείας και συγκεκριμένα της εταιρείας που έχει εγκαταστήσει στο Νοσοκομείο σας ψηφιοποιητές, δημιουργώντας αδικαιολόγητα εμπόδια στον ανταγωνισμό.

Στην περίπτωση που θα ήθελε το Νοσοκομείο σας να διαθέτει εφεδρική λύση σε περίπτωση βλάβης του σταθμού εργασίας, θα μπορούσε να ζητηθεί και δεύτερος εφεδρικός σταθμός και να ενταχθεί εντός του ίδιου προϋπολογισμού.

./..

./..

B. ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προδιαγραφή 5

5. Λογισμικό πραγματοποίησης εξετάσεων γενικής ακτινολογίας : Ναι, να πραγματοποιεί προεπισκόπησης της εικόνας το οποίο να είναι κοινό με τα υφιστάμενα στο Νοσοκομείο.

Ζητούμε την απαλοιφή του «....το οποίο να είναι κοινό με τα υφιστάμενα στο Νοσοκομείο».

Αιτιολογία :

Η συγκεκριμένη προδιαγραφή επιτρέπει τη συμμετοχή στο διαγωνισμό μόνο μίας εταιρείας και συγκεκριμένα της εταιρείας που έχει εγκαταστήσει στο Νοσοκομείο σας σταθμούς εργασίας για τους ψηφιοποιητές, χωρίς να προκύπτει κάποιο όφελος για το Νοσοκομείο αλλά το αντίθετο, εφόσον θα προσφέρει μόνο ένας κατασκευαστικός οίκος.

Σε κάθε περίπτωση, όπως ορίζει το άρθρο 3 του Π.Δ. 118 «... Οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να διατυπώνονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον διαγωνισμό και να μην δημιουργούνται αδικαιολόγητα εμπόδια στον ανταγωνισμό».

Σας ευχαριστούμε για την δυνατότητα που μας δώσετε να εισηγηθούμε τις προτάσεις μας που αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση και προαγωγή της δημόσιας υγείας και παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Με τιμή,
ΦΟΥΤΖΙ ΦΙΛΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Ε. Μελίδου
Διεύθυνση Τμήματος
Ιατρικής Απεικόνισης

Μκ.266/16