



ΠΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
ΤΜΗΜΑ : ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΨΗ : κ Βάζο
ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 30/05/2016

Αξιότιμοι κύριοι, κυρίες

Κατόπιν της ανάρτησης του τμήματος σας σχετικά με την διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του Συστήματος Διόρυξης Εγκεφάλου και Στήριξης Χεριών, θα θέλαμε να επισυνάψουμε κάποιες παρατηρήσεις:

- 1.) Το σύστημα διόρυξης αποτελείται από όλα τα αναφερόμενα εργαλεία, του πεδίου «ΓΕΝΙΚΑ» εκτός από τον Σφικτήρα Κρανίου ο οποίος διατίθεται ήδη στις χειρουργικές τράπεζες του νοσοκομείου σας.
- 2.) Στα τεχνικά χαρακτηριστικά με Α/Α: 8 όπου αναφέρεται ξανά ο σφικτήρας Κρανίου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως το σύστημα διόρυξης μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σύστημα στήριξης διαθέτει το νοσοκομείο σας.

Στη διάθεση σας για κάθε επιπρόσθετη πληροφορία.

Με εκτίμηση
για την ΑΚΑΗΑΙ

Γιώργος Κουντούρογλου
Διευθυντής

