

Προς το
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ -
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Υπόψη κου Γ.Κοτζαϊράκη/κου Δ.Μπιρμπιλόπουλου

Τηλ.: 213 2045980

Ηλ.δ/ση: bioiatriki2002@yahoo.com

Θέμα: Δημόσια διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού/**Σύστημα έγκλεισης ιστών σε παραφίνη**

Αργυρούπολη, 22.7.2016

Κύριοι,

Σχετικά με την από 19.7.2017 πρόσκλησή σας για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για σύστημα έγκλεισης ιστών σε παραφίνη, θα θέλαμε με την επιστολή μας αυτή, να κάνουμε κάποιες χρήσιμες παρατηρήσεις/σχόλια επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών.

- Προδιαγραφή Νο 6δ: Προτείνουμε την αναδιατύπωση ως εξής: Η θερμαινόμενη επιφάνεια να έχει χωρητικότητα 10 τουλάχιστον κασετών/εκμαγείων.
- Προδιαγραφή Νο 8α: Η ροή της παραφίνης σε ένα σύστημα έγκλεισης, μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους: με απευθείας χειροκίνητη επαφή με διακόπτη λειτουργίας της ροής της παραφίνης, και με ποδοκίνητη λειτουργία. Για τον λόγο αυτό, προτείνουμε την απαλοιφή της α.ι Χειροκίνητα και την αναδιατύπωση της εν λόγω προδιαγραφής ως εξής: α.ι. Χειροκίνητα με απευθείας επαφή & α.ii. Με ποδοδιακόπτη.
- Προδιαγραφή Νο 12: Το δοχείο συλλογής της παραφίνης που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια εργασίας, δεν μπορεί να είναι θερμαινόμενο, αφού η παραφίνη θα παραμένει σε υγρή μορφή και η απόρριψη της αφενός θα είναι πολύ πιο δύσκολη και αφετέρου και περισσότερο επικίνδυνη για την χειριστή (αυξημένος κίνδυνος εγκαύματος). Κατά κανόνα, σε όλα σχεδόν τα συστήματα έγκλεισης σε παραφίνη το ή τα δοχεία συλλογής υπολειμμάτων της παραφίνης δεν είναι θερμαινόμενα, προκειμένου η παραφίνη να στερεοποιείται, ώστε να είναι πιο εύκολη η απόρριψη της. Για τον λόγο αυτό, προτείνουμε την απαλοιφή της λέξης θερμαινόμενο.

- Προδιαγραφή Νο 15: Προτείνουμε την αναδιατύπωση ως εξής: Ο χώρος υποδοχή λαβίδων να είναι θερμαινόμενος ≤ 650 C με χωρητικότητα έξι (6) λαβίδων τουλάχιστον.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Για την MENARINI ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ – ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΒΕ,

ΜΕΝΑΡΙΝΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ – ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΒΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΞΑΓΟΡΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΝΤΙΔΕΙΞΤΗΡΙΩΝ
ΑΕΒΕ, ΒΟΥΛΑΓΜΕΝΕ 55, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΦΜ: 094332453 / ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΗΛ: 210 9944950-4
Αρ. Μητρώου ΓΕΜΗ 122083101000