

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΟΣΤΙΚΗΣ ΕΚΧΥΣΗΣ

A/A	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
1.	Να αποτελείται από : α) ελαφριά μηχανική συσκευή β) σετ βελόνων	Ναι
2.	Να διαθέτει εσωτερική μπαταρία	Να αναφερθεί ο χρόνος λειτουργίας/αριθμός εκχύσεων
3.	Το σύστημα να εξασφαλίζει την ταχεία και ατραυματική εισαγωγή της βελόνας σε άνθρωπινο οστό (στην κνήμη ή στο βραχιόνιο)	Ναι
4.	Να διαθέτει διάφορα μεγέθη ενδοοστικών βελόνων	Ναι, να αναφερθούν
5.	Η τοποθέτηση να επιτυγχάνεται παρέχοντας την δυνατότητα χορήγησης υγρών φαρμάκων ή αίματος στο κεντρικό αγγειακό σύστημα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα	Να περιγραφεί η διαδικασία
6.	Οι ενδοοστικές βελόνες να είναι μιας χρήσης σε αποστειρωμένη συσκευασία, με ευκρινή διαγράμμιση για έλεγχο του βάθους εισαγωγής.	Ναι
7.	Κάθε ενδοοστική βελόνα να συνοδεύεται από :	Α. Σετ τροκάρ - στυλεού που να εξασφαλίζει την εύκολη και πλήρως τραυματική τοποθέτηση της στο οστό Β. Προέκταση συσκευής ορού Γ. Οδηγίες χρήσης
8.	Η βελόνα να διαθέτει εύκολη υποδοχή σύνδεσης της με την μηχανική συσκευή ώστε να διευκολύνεται ο χρήστης κατά την σύνδεση /αποσύνδεσης της	Να περιγραφεί

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ