



ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Θεσσαλονίκη, 28-02-2018

Προς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Γραφείο Προμηθειών

Υψηλάντου 45 -47 - ΑΘΗΝΑ

Τηλ: 2132045988

e-mail: biolatriki2002@yahoo.com

ΘΕΜΑ:

ΔΗΜΟΣΙΑ 2^η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Αξιότιμοι κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να καταθέσουμε τις παρατηρήσεις μας συμμετέχοντας στην διαδικασία διαβούλευσης της υπηρεσίας σας για την προμήθεια ενός (1) ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ.

- A. Στην παράγραφο 2.5, η απαίτηση είναι:
«Υπαρξη τομογράφου.»

Η συγκεκριμένη προδιαγραφή, για ακτινολογικά μηχανήματα ρουτίνας, αφορά απαίτηση παλαιότερων χρόνων. Στην σύγχρονη, ιατρικά και τεχνολογικά αναπτυγμένη εποχή του «σήμερα», αρκεί η ύπαρξη αξονικού τομογράφου που υπερκαλύπτει τα ζητούμενα.

Παρακαλούμε όπως γίνει δεκτή η παρατήρησή μας αυτή και **απαλειφθεί** η συγκεκριμένη προδιαγραφή (2.5).

- B. Στην παράγραφο 2.6, η απαίτηση είναι:
«Ψηφιακή τομοσύνθεση.»

Εξαιρετικά **φωτογραφική απαίτηση**, με αποτέλεσμα την απολύτως περιορισμένη συμμετοχή των εταιρειών. Ουσιαστικά επιτρέπει μόνο σε ΜΙΑ (1) εταιρεία να συμμετέχει στον διαγωνισμό.

Παρακαλούμε όπως γίνει δεκτή η παρατήρησή μας αυτή και **απαλειφθεί** η συγκεκριμένη προδιαγραφή (2.6).

ΚΕΝΤΡΙΚΟ :
Παν. Δεξιάς 3
546 35 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 245.421
Fax: 2310 245.011
M.A.E.: 37204/62/Β/96/290
Α.Φ.Μ.: 094512503
Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης
e-mail: papoudis@papoudis.gr
www.papoudis.gr

ΥΠΟΚ/ΜΑ :
Κούμα 37
115 26 Αθήνα
Τηλ.: 210 67.29.444
Fax: 210 67.74.693

Πρόθυμοι για την παροχή κάθε άλλης πληροφορίας, διατελούμε

Μετά την
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 45-47 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310 245 421 - FAX: 2310 245 011
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΟΥΔΗΣ
Διευθύνων Σύμβουλος
T.K. 11526 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 6729445
FAX: 210 6729445
A.F.M.: 094512503 - M.A.E. 37204/62/Β/96/290 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

