



GE Healthcare ΑΕ

Σωρού 8-10
151 25, Μαρούσι, Αθήνα

T 210 8930 600
F 210 9625 931

ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΝΠΔΔ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
E-mail: bioiatriki2002@yahoo.com

Ημ/νία : 27/06/2016
Αρ. Πρωτ. : 16-0241/ΥΣ.ΦΚ

ΘΕΜΑ : Παρατηρήσεις-προτάσεις επί της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αξιότιμοι Κύριοι,

Έπειτα από προσεκτική μελέτη των τεχνικών προδιαγραφών αναφορικά με την ως άνω **ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ** των τεχνικών προδιαγραφών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, της με αρ. Πρωτ. **14/01-21.06.2016** πρόσκλησης του Νοσοκομείου σας, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα παρακάτω:

Τεχνική Προδιαγραφή

2. Ηχοβόλο κεφαλή τύπου Phased Array, ευρέως φάσματος συχνοτήτων (2 - 3.5 MHz), κατάλληλη για καρδιολογικές εξετάσεις.

Αναφορικά με την ως άνω προδιαγραφή και δεδομένου ότι το σύστημα υπερηχοκαρδιογραφίας προορίζεται και για περιστατικά που πρόκειται να αντιμετωπίσει το Νοσοκομείο με τεχνικά δύσκολους υπέρβαρους και χειρουργημένους ασθενείς, θεωρούμε ότι για την μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα θα πρέπει το κάτω εύρος της ζητούμενης ηχοβόλου κεφαλής ενηλίκων τύπου **Phased Array** να ξεκινά τουλάχιστον από 1.5 MHz προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατόν απεικονιστική ποιότητα. Για το λόγο αυτό προτείνουμε την επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής:

2. Ηχοβόλο κεφαλή τύπου Phased Array, ευρέως φάσματος συχνοτήτων (1.5 - 3.5 MHz), κατάλληλη για καρδιολογικές εξετάσεις.



Τεχνική Προδιαγραφή

LINEAR Array

3 - 12 MHz

Στο σημείο αυτό θα επιθυμούσαμε να τροποποιηθεί το εύρος συχνοτήτων στις παραπάνω ηχοβόλες κεφαλές χωρίς αυτό φυσικά να επηρεάζει σε καμία περίπτωση το επίπεδο της κλινικής χρήσης για την οποία προορίζεται το σύστημα διότι η εταιρεία μας διαθέτει αντίστοιχες ηχοβόλες κεφαλές υψηλής απεικονιστικής ποιότητας, απολύτως κατάλληλες για την χρήση για την οποία ζητούνται, με πάρα πολύ μικρή απόκλιση από το ζητούμενο εύρος συχνοτήτων των προδιαγραφών, η οποία διαφορά δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση την κλινική αξία του συστήματος και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Για τη δυνατότητα συμμετοχής της εταιρείας μας στο διαγωνισμό με ένα αξιόλογο και σύγχρονο μηχάνημα προηγμένης τεχνολογίας και υψηλής διακριτικής ικανότητας, καθώς επίσης και για τη διεύρυνση του ανταγωνισμού προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος παρακαλούμε για την τροποποίηση της ως άνω προδιαγραφής ως εξής:

LINEAR Array

3 - 12 MHz περίπου

Τεχνική Προδιαγραφή

Βάθος σάρωσης

≥ 28 cm

Αναφορικά με το ζητούμενο βάθος σάρωσης των 28 cm, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι όλα τα σύγχρονα συστήματα Υπερηχογραφίας διαθέτουν πλέον νέας τεχνολογίας διαμορφωτές δέσμης οι οποίοι μπορούν να σαρώσουν σε μεγαλύτερο βάθος της τάξεως των 30 cm τουλάχιστον για την αντιμετώπιση δύσκολων περιστατικών και καλύτερη απεικονιστική ποιότητα ακόμη και σε υπέρβαρους ασθενείς. Για το λόγο αυτό καθώς και για λόγους δημοσίου συμφέροντος προκειμένου να διασφαλιστεί η προμήθεια ενός σύγχρονου συστήματος υπερηχογραφίας προτείνουμε την επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής:

Βάθος σάρωσης

≥ 30 cm

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Για την εταιρεία

Με τιμή,


GE HEALTHCARE
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
"GE Healthcare A.E."
ΣΟΦΟΥΣ 10 - Τ.Κ. 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ: 2108930800 - FAX: 210 9625931
Α.Φ.Μ.: 094472918 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Ελευθεράκης Αναστάσιος

Διευθυντής Πωλήσεων Υπερηχοτομογράφων