

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ**

1.	Σύγχρονης τεχνολογίας	ΝΑΙ, η χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας να είναι το πολύ 7 έτη
2.	Σήμανση CE	Σύμφωνα με την οδηγία 93/42/EEC. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά
3.	Διαστάσεις (mm) και βάρος (kg)	Να αναφερθούν
4.	Τάση λειτουργίας-Αντιπαρασιτικά φίλτρα	220 V /50 Hz/ΝΑΙ
5.	Να λειτουργεί μέσω στεγανού διακόπτη ON-OFF με φωτεινή ένδειξη λειτουργίας	ΝΑΙ
6.	Δυνατότητα λειτουργίας μέσω ποδοδιακόπτη	ΝΑΙ, να προσφερθεί στην οικονομική προσφορά (εάν διατίθεται)
7.	Ικανότητα αναρρόφησης	40 lt/ min - μέγιστο κενό 85% περίπου
8.	Διάταξη ρύθμισης του επιθυμητού κενού από το ελάχιστο μέχρι το μέγιστο	ΝΑΙ
9.	Όργανο ένδειξης του επιτυγχανόμενου κενού	ΝΑΙ, ευκρινούς ανάγνωσης
10.	Αντλία και κινητήρας, ικανής ισχύος για την επίτευξη των ανωτέρω (χωρίς έλαια)	Να δοθούν στοιχεία, Να αναφερθεί ο τρόπος επίτευξης του κενού
11.	Να περιλαμβάνει δύο φιάλες ευρύστομες των 3 ή 4 λίτρ , με σύστημα εναλλαγής της χρήσης τους, εύκολης μεταφοράς και χρήσης, αποστειρώσιμες.	ΝΑΙ ,Να αναφερθεί
12.	Δυνατότητα σύνδεσης φιαλών και άλλων οίκων κατασκευής	ΝΑΙ
13.	Να μπορεί να δεχθεί κάνιστρα για σύστημα ασκών μίας χρήσης	ΝΑΙ
14.	Να έχει δυνατότητα παρατεταμένης λειτουργίας χωρίς υπερθερμάνσεις διατηρώντας την αναρροφητική της ικανότητα σε συνεχή χρήση πολλών ωρών.	ΝΑΙ
15.	Σύστημα προστασίας από υπερχειλίση-Φιαλίδιο υπερχειλίσης	ΝΑΙ
16.	Συστήματα ασφαλείας για την προστασία του χρήστη και της συσκευής (αντιβακτηριδιακά φίλτρα κτλ)	ΝΑΙ, Να περιγραφούν και να προσφερθούν στην οικονομική προσφορά
17.	Εύκολος καθαρισμός και απολύμανση	ΝΑΙ
18.	Προσαρμοσμένη σε τροχήλατη βάση υψηλής ποιότητας κατασκευής	κατασκευασμένη από ειδικό για την αποφυγή οξείδωσης μέταλλο με αντιστατικούς τροχούς και σύστημα πέδησης σε δυο τουλάχιστον τροχούς.

**ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ