

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΔΙΩΝ-ΚΟΛΛΑΡΩΝ-ΓΥΑΛΙΩΝ
ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ για ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ**

1	Σήμανση CE	ΝΑΙ. Να πληρούν τα διεθνή standards. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.
2	Τύπος ποδιάς	Τύπου "φούστας-γιλέκο"
3	Διαστάσεις	Οι ποδιές ακτινοπροστασίας θα πρέπει να παραδοθούν εξατομικευμένες στην σωματική διάπλαση των χρηστών. Να προσφερθούν όλες οι διαστάσεις προς επιλογή (small, medium, large)
4	Υλικό θωράκισης	Να εξασφαλίζει την μέγιστη ελαστικότητα της ποδιάς ενώ παράλληλα να επιτυγχάνεται το μικρότερο βάρος. Μολυβδούχο ή άλλου τύπου. Να αναφερθεί.
5	Ισοδύναμο πάχος μολύβδου	Η ποδιά θα πρέπει να είναι περιμετρικής κάλυψης με ισοδύναμη θωράκιση μολύβδου 0,5 mmPb στην πρόσθια επιφάνεια και 0,25 mmPb στην οπίσθια
6	Μέγιστη αποδεκτή πυκνότητα υλικού	6 kg/m ² για ισοδύναμη προστασία 0,5mmPb ή 3 kg/m ² για ισοδύναμη προστασία 0,25mmPb
7	Πιστοποιητικά επιφανειακής πυκνότητας και ισοδύναμης απορροφητικότητας	Να κατατεθούν (επί ποινή αποκλεισμού)
8	Καθαρισμός	Επικάλυψη από υλικό ανθεκτικό, μη απορροφητικό, που να καθαρίζεται και να πλένεται εύκολα
9	Να συνοδεύεται από την κατάλληλη κρεμάστρα	Ναι
10	Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας, α) με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων β) με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.	α) EN ISO 9001:08 β) EN ISO 13485:03

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΟΛΛΑΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΥΡΟΕΙΔΟΥΣ

1	Διαστάσεις :	Θα πρέπει να παραδοθούν εξατομικευμένα στην σωματική διάπλαση των χρηστών.
2	Υλικό θωράκισης	Να εξασφαλίζει την μέγιστη ελαστικότητα ενώ παράλληλα να επιτυγχάνεται το μικρότερο βάρος. Μολυβδούχο ή άλλου τύπου. Να αναφερθεί.
3	Τρόπος κλεισίματος- κάλυψη	Να αναφερθεί- Να καλύπτει επαρκώς το άνω όριο του ακτινοπροστατευτικού γιλέκου.
4	Ισοδύναμο πάχος μολύβδου	Θα πρέπει να παρουσιάζουν ισοδύναμη θωράκιση μολύβδου 0,5 mmPb
5	Πιστοποιητικά ισοδύναμης	Να κατατεθούν (επί ποινή αποκλεισμού)

	απορροφητικότητας	
6	Καθαρισμός	Επικάλυψη από υλικό ανθεκτικό, μη απορροφητικό, που να καθαρίζεται και να πλένεται εύκολα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ		
1	Υλικό θωράκισης	Να εξασφαλίζει την μέγιστη ελαστικότητα ενώ παράλληλα να επιτυγχάνεται το μικρότερο βάρος
2	Βάρος	≤100gr
3	Περιμετρική κάλυψη	ναι
4	Ισοδύναμο πάχος μολύβδου	Θα πρέπει να παρουσιάζουν ισοδύναμη θωράκιση μολύβδου 0,75 mmPb μπροστά και 0,35 mmPb στα πλαϊνά
5	Πιστοποιητικά ισοδύναμης απορροφητικότητας	Να κατατεθούν (επί ποινή αποκλεισμού)
6	Καθαρισμός	Επικάλυψη από υλικό ανθεκτικό, μη απορροφητικό, που να καθαρίζεται και να πλένεται εύκολα
7	Να συνοδεύεται από θήκη και ιμάντα συγκράτησης	ναι

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ		
1	Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:08, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων	ΝΑΙ
2	Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη και επάρκεια ανταλλακτικών για 7 έτη τουλάχιστον	ΝΑΙ
3	Εγγύηση καλής λειτουργίας	3 ΕΤΗ
4	Ο προμηθευτής θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο του τμήματος ή το Τμήμα Βιοϊατρικής τεχνολογίας προς υπόδειξη των μεγεθών.	
5	Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης σε πλήρη ανταπόκριση με τις τεχνικές προδιαγραφές, με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια και έντυπα του κατασκευαστικού οίκου για τεκμηρίωση. Ασάφειες και αοριστίες ως προς την τεκμηρίωση θα θεωρούνται ως ουσιώδεις αποκλίσεις και η προσφορά θα απορρίπτεται	

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ