

**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΩΣ 05-06-2019

**Α' ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΑΚΩΝ
ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΠ 2019 (Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΦΟΡΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ Α/Α 4 & 7)**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΤΟΥ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»**

Επωνυμία Επιχείρησης ή Φυσικού Προσώπου	ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε.
Ταχυδρομική Διεύθυνση	ΚΤΙΡΙΟ SPECTRA – 570 01 ΘΕΡΜΗ- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Υπεύθυνος σύνταξης	ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΥΛΩΝΑ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας	ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΥΛΩΝΑ
Τηλέφωνο	2310 322 525
Φαξ	2310 321 912
Email	antisel@antisel.gr

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α/Α 4, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ: ΑΣΚΟΣ ΤΕΤΡΑΠΛΟΣ ΤΕΤΡΑΠΛΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 42 ΗΜΕΡΩΝ.

Στις τεχνικές προδιαγραφές του είδους αναφέρεται:

«Οι ασκοί είναι συσκευασμένοι ανά τρείς, χωρίς να είναι διπλωμένοι και αεροστεγώς έτσι ώστε να αποφεύγεται η στρέβλωση του αυλού αιμοληψίας και των συνδετικών σωληνώσεων, σε πλαστικοποιημένο φύλλο διαφανές ανά ένας κατόπιν σε φύλλο αλουμινίου και τέλος σε χαρτοκιβώτιο. Μετά το άνοιγμα του φύλλου αλουμινίου στο σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 15 ημέρες (βλέπε ειδικό πικτόγραμμα)».

Η συγκεκριμένη προδιαγραφή είναι φωτογραφική, καθώς περιγράφει τρόπο συσκευασίας συγκεκριμένης εταιρείας. Η κάθε παραγωγός εταιρεία έχει διαφορετικό τρόπο συσκευασίας των υλικών. Η ουσία της ορθής συσκευασίας των ασκών αιμοληψίας είναι να φθάνουν τα προϊόντα στον χρήστη χωρίς να υπάρχει στρέβλωση του αυλού αιμοληψίας καθώς και των συνδετικών αυλών. Επίσης, η χρήση των ασκών αιμοληψίας μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη, καθόσον η παραμονή των ασκών στον περιβάλλοντα χώρο, μπορεί να προκαλέσει οποιουδήποτε είδους μικροβιακή επιμόλυνση. Γι' αυτό το λόγο οι μέρες παραμονής τους εκτός της κύριας συσκευασίας δεν θα πρέπει να είναι πάνω από 10 ημέρες, αναγραφόμενο στην συσκευασία.

Ζητούμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

«Τα διάφορα συστήματα ασκών θα είναι τοποθετημένα σε ατομική συσκευασία, εντός πλαστικού διαφανούς ή από αλουμίνιο ειδικού ασφαλούς και ανθεκτικού φακέλου, αποστειρωμένοι και ερμητικά σφραγισμένοι. Η συσκευασία των ασκών και των σωλήνων τους εντός του φακέλου θα είναι άνετη χωρίς να είναι διπλωμένοι ή να φέρουν τσακίσματα σε διάφορα σημεία τους. Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας το σύστημα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 10 ημέρες (βλέπε ειδικό πικτόγραμμα)».

**Α/Α 7, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ
ΠΙΝΑΚΑ: ΑΣΚΟΙ ΤΕΤΡΑΠΛΟΙ ΑΝΩ-ΚΑΤΩ ΕΞΟΔΟΥ ΜΕ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ 42 ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΠΛΑΣΜΑ ΚΑΙ
ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ 5 ΗΜΕΡΩΝ.**

Στις τεχνικές προδιαγραφές του είδους αναφέρεται:

«Να είναι φίλτρα τέταρτης γενιάς και να μην απαιτείται προσθήκη φυσιολογικού ορού πριν τη λευκαφαίρεση».

Η συγκεκριμένη προδιαγραφή, προφανώς εκ παραδρομής έχει προστεθεί στις προδιαγραφές του είδους, καθόσον στο σύστημα δεν απαιτείται η χρήση φυσιολογικού ορού.

Για το λόγο αυτό, ζητούμε την απαλοιφή της συγκεκριμένης προδιαγραφής.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την προσοχή και παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνηση ή πληροφορία χρειαστείτε.

Αθήνα, 05/06/2019

Με τιμή,

ΑΝΤΙΣΕΛ - Ασπλα. Σελιδή ΑΕ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 520 01 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΤΗΛ. 211 0322584 - ΤΗΛ. 231 0321912
ΑΘΗΝΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΥΛΟΥ 116 2115 27 ΙΛΙΣΙΑ
ΑΦΜ: 091569769 - ΔΟΥ: ΘΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Λαμπρινή Μυλωνά

Τμήμα Πωλήσεων Προϊόντων Αιμοδοσίας

