

Παρασκευή, 2<sup>η</sup> Απριλίου 2021

**Προς:** «Ευαγγελισμός» Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

**ΥποΨιν.:** κας. Ευαγγελίας Τσούτσα

**Θέμα:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΑΧΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΦΑΣΗΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ**

Αξιότιμη κα. Τσούτσα,

Για την απρόσκοπτη συμμετοχή μας και για τη γενική διεύρυνση των συμμετεχουσών εταιρειών και φυσικά για λόγους διαφάνειας επιτρέποντας σε ακόμα περισσότερες εταιρείες τη συμμετοχή τους προτείνουμε την τροποποίηση των τεχνικών στα παρακάτω σημεία.

#### **A. ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**

**A/A 3. Προδιαγραφή:** Τα φίλτρα πρέπει να διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις από 0,8m<sup>2</sup>- 2,2 m<sup>2</sup>

##### **Προτεινόμενη προδιαγραφή:**

«Τα φίλτρα πρέπει να διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις από 0,8m<sup>2</sup>- 2,2 m<sup>2</sup>, με το μικρότερο δυνατό εξωσωματικό όγκο αίματος»

**A/A 5. Προδιαγραφή:** Το σετ θα περιλαμβάνει ένα (1) φίλτρο, ένα (1) πλήρες σετ χρωματικά κωδικοποιημένων γραμμών για ευκολία στη σύνδεση καθώς και τουλάχιστον ένα (1) σάκο περισυλλογής διηθήματος ίσου ή μεγαλύτερου των 5 L.

##### **Προτεινόμενη προδιαγραφή:**

«Το σετ θα περιλαμβάνει ένα (1) φίλτρο, ένα (1) πλήρες σετ χρωματικά κωδικοποιημένων γραμμών για ευκολία στη σύνδεση καθώς και τουλάχιστον ένα (1) σάκο περισυλλογής διηθήματος των 5 L.Να διαθέτει κατά προτίμηση προσυνδεδεμένες γραμμές με το φίλτρο ώστε να απαιτούνται λιγότερες συνδέσεις και χειρισμοί, μειώνοντας τα βήματα προετοιμασίας, χρόνο σύνδεσης και πιθανότητα χειριστικών λαθών.»

#### **B. ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΡΟΥΡΓΙΑΣ**

**A/A 6<sup>η</sup>. Προδιαγραφή:η) «Θεραπείες συνεχούς νεφρικής υποκατάστασης με μεμβράνη υψηλής διατομής»**

##### **Προτεινόμενη προδιαγραφή:**

«η) «Θεραπείες συνεχούς νεφρικής υποκατάστασης με μεμβράνη υψηλής διατομής καθώς καιθεραπείες συνεχούς νεφρικής υποκατάστασης με δυνατότητα ταυτόχρονης αφαίρεσης κυτταροκινών και ενδοτοξινών»

**A/A 6<sup>ο</sup> Προτείνουμε την προσθήκη της παρακάτω δυνατότητας θεραπείας του μηχανήματος:**

«θ) «Θεραπεία εξωσωματικής αφαίρεσης διοξειδίου του άνθρακα με ή χωρίς ταυτόχρονη δυνατότητα συνεχούς νεφρικής υποκατάστασης.

**A/A 18 Προδιαγραφή:Συγχρονισμός της αντλίας έγχυσης ασβεστίου και της αντλίας έγχυσης κιτρικού διαλύματος.**

**Ναι. Όποτε σταματά η έγχυση διαλύματος κιτρικού να σταματά και η έγχυση ασβεστίου.**


**Προτεινόμενη προδιαγραφή:**

«Συγχρονισμός της αντλίας έγχυσης ασβεστίου και της αντλίας έγχυσης κιτρικού διαλύματος.

Ναι. Όποτε σταματά η έγχυση διαλύματος κιτρικού, αυτόματα να σταματά και η έγχυση ασβεστίου καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπείας και σε κάθε αλλαγή των παραμέτρων της θεραπείας.»

Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Μεεκτίμηση,



Τζούλια Ιωάννοβιτς  
Sales and Marketing Manager  
Acute Therapies  
Baxter Hellas