

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ

Προεμισμένες σύριγγες έκπλυσης καθετήρων με φυσιολογικό ορό (0,9% Na Cl)

που να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

- Να διατίθενται σε όγκους 3-5-10 ml
- Όλα τα μεγέθη να έχουν σταθερή **διατομή 10ρας σύριγγας** ώστε να ελαχιστοποιείται η πίεση του υγρού που εισέρχεται στον καθετήρα.
- Να μειώνουν την ανάγκη χρήσης βελονών για μεταφορά ορού από αμπούλα σε σύριγγα (μείωση τρυπημάτων). Ελαχιστοποίηση χρόνου της διαδικασίας έκπλυσης καθετήρα, καθώς και ελαχιστοποίηση πιθανότητας χρήσης λάθος υγρού για την έκπλυση καθετήρα.
- Να δίνεται η δυνατότητα χρήσης του υλικού και σε **στείρο περιβάλλον σε όλα τα μεγέθη , (3-5-10ml για χρήση σε ΜΕΘ και χειρουργείο).**
- **Να διαθέτουν ειδική ασφάλεια στο εσωτερικό τους ώστε να μην έχουμε διαρροές του περιεχόμενου υγρού κατά την μεταφορά και την αποθήκευση.**
- Μέθοδος αποστείρωσης **ατμός** και η διάρκεια αποστείρωσης **τουλάχιστον 3 χρόνια.**
- Η συσκευή να περιέχει και **βιδωτό καπάκι luer lock**, που να δίνει τη δυνατότητα μερικού ξεβιδώματος για αποβολή αέρα.
- Το ελαστικό παρέμβυσμα της σύριγγας να αποτελείται από **3 ειδικούς δακτυλίους κατασκευασμένους από ελαστομερές υλικό**, προς εξασφάλιση της στεγανότητας και στείρωσης της συσκευής.
- Το έμβολο της σύριγγας να μην μπορεί να τραβηχτεί προς τα πίσω μετά το τέλος της έκπλυσης, ώστε να **παρέχει ΜΗΔΕΝΙΚΗ αναρροή αίματος** προς αποφυγή δημιουργίας θρόμβων.
- **Latex free, PVC free**

(Προτεινόμενη τιμή για σύριγγες MONA αποστειρωμένες 3-5-10ml 0,9€/τμχ με Κωδικό Παρατηρητηρίου Τιμών 17.11.13

Προτεινόμενη τιμή για σύριγγες ΔΙΠΛΑ αποστειρωμένες 3-5-10ml για χρήση σε στείρο περιβάλλον 1,9€/τμχ, με Κωδικό Παρατηρητηρίου Τιμών 17.11.37)