

NEPHRODYNAMIC HELLAS AE

ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΠΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Υπόψη: κας Τσούτσα Ευαγγελίας

Αθήνα, 29.03.2021

Αρ. Πρωτ.: 153 /21

ΘΕΜΑ: Υποβολή προτάσεων σχετικά με την Α΄ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ».

Αγαπητοί Κύριοι

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσής σας για την Α΄ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 02-04-2021, σας υποβάλλουμε την πρόταση της εταιρείας μας ως ακολούθως:

Αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος συνεχούς υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας ως συνοδού εξοπλισμού και συγκεκριμένα στον ΠΙΝΑΚΑ 2, στην παράγραφο με Α/Α 14. Τοποθέτηση σετ φίλτρων, αναφέρεται "**Να διαθέτει κατά προτίμηση προσυνδεδεμένες γραμμές με το φίλτρο και να διαθέτει αυτόματο priming**": στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι είναι προτιμότερο να μην είναι προσυνδεδεμένο το φίλτρο με το σετ γραμμών, διότι αυτό θα περιορίζει πολύ τις επιλογές ανάμεσα στο μέγεθος και το είδος των φίλτρων σε κάθε θεραπεία, όπως επίσης και σε περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιηθεί μόνο η γραμμή του μηχανήματος (για ειδικές θεραπείες) ή μόνο το φίλτρο, θα αχρηστεύεται ένα σετ κάθε φορά. Τέλος έχοντας την επιλογή να αλλάξετε μόνο τις γραμμές ή μόνο το φίλτρο του μηχανήματος, σε περίπτωση πήξης ή άλλου προβλήματος, θα μπορείτε να το κάνετε αν αυτό δεν είναι προσυνδεδεμένο.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως επαναπροσδιοριστούν οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε,

Με εκτίμηση,
Για την **NEPHRODYNAMIC HELLAS A.E.**

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Κλεισούρας 6, 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
ΤΗΛ. 210 2630631 - FAX: 210 2630461
ΑΦΜ: 999213859 - Δ.Π. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 575230297/01/525/06
Ακρίβης Καρπούζης

Δ/νων Σύμβουλος